

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה כללית לילדים
יחידה מזמינה:	3/14
תאריך:	12/03/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074365	SPARQ ULTRASOUND SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים) SPARQ UL _____

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$41,980 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

4 במרץ 2019
מספרנו: מב/2019-0077
תיק: 1125, 2001

לכבוד
מר דוד צרפתי
כ.א.כ

הנדון: הצטיידות 2019/מלר"ד – חו"ד לרכישת אולטראסאונד
דוא"ל מיום 22.01.19

1. בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח.
2. במלר"ד נמצאים בשימוש 4 מכשירי אולטראסאונד מדגם SPARQ תוצרת PHILIPS. נדרשת רכישת מכשיר נוסף.
הדרישות מהמכשיר הינם כדלקמן:

- דגם זחה לקיים על מנת לאפשר אחידות בשימוש וגיבוי בעת הצורך – צורך חיוני שלא ניתן לפשרה.
- תוכנה: Doppler Imaging ו-Critical Care.
- מתמר לינארי בתחום תדרים L12-4MHz לבדיקות כלי דם, חרדמות אזוריות, שלד, שרירים, איברים קטנים ושד.
- מתמר אבדומינלי (CONVEX) בתחום תדרים C6-2MHz לבדיקות חלל הבטן ויילודים.
- מתמר לאקו לב בתחום תדרים 4-2MHz.

3. מומלץ לממש הצעת מחיר 182502361 של חברת מדטכניקה לדגם SPARQ תוצרת PHILIPS בקונפיגורציה הנדרשת (תוכנות, מתמרים ואביזרים). הצורך באחידות הינו חד משמעי ונגזר מצורך חיוני בגיבוי של מכשירים ומתמרים ובכדי לאפשר שימוש בטיחותי ונכון של ממשק אחיד למגוון המשתמשים הרחב המבצע בדיקות במיון. יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

יתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

יש להעביר חוות דעת זו למחלקת הרכש לצורך מימוש.

בברכה,
ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' אבינח עירוני
דר' יורם שדמי
גבי הינדי אנגלרד