

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקריאה ל"ש"א
יחידה מומינה:	מחלקת הרפואה
תאריך:	3/03/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078671	C-MAC POCKET MONITOR SET
4	1040011900	C-MAC VIDEO LARYNGOSCOPE D-BLADE
3	1040011892	BATTERY RECHARGEABLE
2	1040011884	CHARGING UNIT FOR C-MAC POCKET MONITOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ברסלויער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

24 בפברואר 2019
מספרט: יש/0063-2019
תיק: 1002, 1130-6

לכבוד
גבי לירון דניאלי-פור
כאן

נכבדתי,

**הנדון: מחלקת הרדמה –
חו"ד לרכישת מערכת וידאו-לרינגוסקופ ניידת לאינטובציות קשות**

תוכנית הצטיידות 2019

1. בהתאם לסימוכין פריט 16 ברשימה, נדרשת רכישת מערכת וידאו-לרינגוסקופ ניידת לאינטובציות קשות.
 2. המערכת מתאימה לחירום ולאינטובציות קשות מחלקות מחוץ למיון, טיפולים נמרצים וחדרי הניתוח. מחלקות חאשפוז ברחבי הקמפוס לא מצוידות במכשור מתאים לאינטובציות קשות ולכן נדרש בהן מענה דחוף המחייב מכשור קומפקטי ואופטימלי לנייד.
 3. המערכת כוללת מסך מתכוונן LCD 3.5", לחב רב פעמי, סוללה ומטען.
 4. מומלץ לממש הצעת מחיר 55690 של חבי ברסלויער לדגם C-MAC Pocket Monitor 8403XDK תוצרת STORZ. יש לממש ההצעה במלואה.
- מחלקת הרדמה עושה שימוש נרחב במערכות וידאו-לרינגוסקופ מתוצרת STORZ דגם C-MAC. דרי אורקין הבחירה כי יש לשמור על אחידות המכשור הקיים מתוצרת STORZ שהינו התואם ביותר לנדרש ומאפשר גיבוי חדדי בלהבים. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה.
- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות כמקובל במוסד.
- יש להעביר חוות הדעת למח' הרכש לצורך מימוש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: דרי דינה אורקין
דרי יורם שדמי