

26.5.19

מכרז 11999188 - לאספקת כלי קיבול נוזלי eswab עבור בדיקות בקטריולוגיות

תשובות לשאלות

מס"ד	מס' סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	1.8.5	בסעיף מצויין כי המציע הינו בעל נסיון של 3 שנים בישראל. את מכרז זה נגיש כחברת BD ישראל. אנא אשרו כי זה מקובל (וכי הנסיון של בקטלאב ייחשב לצורך העניין)	מקובל
2	1.8.6	בסעיף זה הינכם מבקשים הצהרת יצרן כי הוא עומד מאחורי כל התחייבויות הנגזרות מדרישות מכרז זה. אבקש להפנות את תשומת לבכם שמסמך 295614 מתייחס להצהרות הספק ולא היצרן. במידה ונדרשת הצהרת יצרן, אנא העבירו, בהקדם האפשרי, מסמך באנגלית ובו מפורטות באנגלית ההתחייבויות הנדרשות.	ניתן להסתפק בהצהרת הספק המציע כי הוא עומד מאחורי כל ההתחייבויות הנגזרות מדרישות מכרז זה.
3	1.8.7	הסעיף מתייחס לתנאים מוקדמים להשתתפות במכרז, האם אלה תנאי סף? בדרישות המפרט יש התייחסות ספציפית לפרמטר המדבקה. במידה וכן, הרי מדובר בספק יחיד של חברה מתחרה.	סעיף זה אינו תנאי סף
4	3.1	בסעיף זה הינכם דורשים מטוש מסוג אחד שמתאים לכל חומר ביולוגי אשר מתואר בסעיף מצע נוזלי. אבקש להפנות את תשומת ליבכם שעבור דיגום חומר ביולוגי מעין, אוזן ולדן יש להשתמש במטוש minitip בשתי החברות ולכן אנא אשרו שאכן הינכם מעוניינים רק במטוש אחד סטנדרטי שמאפשר דיגום אף, גרון, וגינה, פצעים רקטום ו-faeces במקרה של COPAN. כמו כן, אבקש להפנות את תשומת ליבכם לכך שב product insert של חברת BD אין התייחסות לאפשרות לדגום מפי הטבעת וישירות מצואה. יחד עם זאת אבקש גם להפנות את תשומת ליבכם לכך שהרכב המצע הנוזלי זהה בשתי חברות (כלומר המוצרים זהים), מה גם שאישורי ה-FDA וה-CE שחברת BD משתמשת בהם, הינם של חברת COPAN. באישור ה-FDA יש התייחסות לסוג המיקרואורגניזמים, אארובים, אנארובים ו-fastidious ואין שום אזכור למקום הדיגום. (מצ"ב האינסטרטים ואישור ה-FDA) לצורך השוואה הסעיפים הרלוונטיים סומנו בצהוב.	מודעים לאמור
5	3.1.10	בסעיף רשום שתינתן עדיפות יתרה למדבקות ברקוד המודבקות ישירות על המבחנה שעומד בסתירה לסעיף 6.1.2 לפיו יש לצבור לפחות 24 נקודות איכות, כאשר בנספח 2 סעיף המדבקה קיבל 8 נקודות. נודה אם תוכלו להבהיר את הנושא שכן בכוונתנו להציע מבחנה שמדבקות ברקוד נשלפת תודבק ע"ג מארז המבחנה הבודדת והדוגם ידביקה ע"ג המבחנה במעמד פתיחת האריזה הבודדת.	הניקוד המקסימלי לסעיף זה הינו 8 נקודות. כל פתרון אחר יבחן וינקד בהתאם.

6	3.2.1.1	בסעיף רשום שהמטוש צריך להתאים לביצוע צביעת גרם, METHYLENE BLUE -I ACID FAST. אבקש להפנות את תשומת ליבכם לכך שלפי product inserts ניתן בשתי החברות להשתמש במטוש עבור צביעת גרם בלבד. (ראו אינסרטים של 2 החברות	מודעים לאמור
7	3.2.1.4	ב- insert של אף אחת מהחברות אין התייחסות לאפשרות לשמור שמרים ומיקובקטריות. הסעיף קיבל 5 נקודות במדדי איכות. נודה אם תבהירו נקודה זאת	אם אכן יתברר שההערה נכונה, יינתן ניקוד מקסימלי
8	3.2.1.6	בסעיף ציינתם שתינתן עדיפות להתאמה לביצוע בדיקות סרולוגיות כגון ELISA -I LATERAL FLOW. גם במקרה זה אין התייחסות לכך באינסרט של אף אחת מהחברות. הסעיף קיבל 3 נקודות במדדי איכות. נודה אם תבהירו נקודה זאת.	אם אכן יתברר שההערה נכונה, יינתן ניקוד מקסימלי
9	3.2.1.7	בסעיף ציינתם שתינתן עדיפות להתאמה לביצוע בדיקות מולקולריות כגון PCR -I SEQUENCING. גם במקרה זה אין התייחסות לכך באינסרט של אף אחת מהחברות. הסעיף קיבל 4 נקודות במדדי איכות. נודה אם תבהירו נקודה זאת.	בוצע תיקוף וניקוד יינתן בהתאם.
10	נספח 2 מדדי איכות	לסיכום - במדדי איכות, סעיפים 4,5,6 ציינתם דרישות לכך שהמטושים יתאימו לשמירת מיקובקטריה, שמרים, יתאימו לשיטות סרולוגיה ולבדיקות PCR בהתאמה. מבדיקת העלון למשתמש של חברת COPAN (מק"ט c-480 ומק"ט 481c) ושל חברת BD, ההתאמות האלה אינן מופיעות כלל. כיון שבאופן רשמי אין לכך התייחסות, נודה אם תסירו דרישות אלה. כמו כן, גודל האריזה אצל שני הספקים הינו 50 ולכן אין להבנתנו משמעות לתת ניקוד למי שיש לו אריזה של 25 מטושים.	אין שינוי בדרישות
מס"ד	מס' סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	1.8.6	לא ברור מהניסוח מי צריך לעמוד מאחורי ההתחייבויות הנגזרות מהמכרז: היצרן או נציגו הרשמי. אם היצרן, נבקש נוסח של הצהרת היצרן באנגלית.	ניתן להסתפק בהצהרת הספק המציע כי הוא עומד מאחורי כל ההתחייבויות הנגזרות מדרישות מכרז זה.
2	3.1.7	נבקש כי תציינו את הלחץ המופעל (ביחידות קילו פסקאל) בעת שינוע במערכת פנאומטית.	ככתוב במכרז
3	3.1.8	נבקש לשנות את הנוסח לנוסח הבא: "על הערכה להיות מתאימה לזריעה על קו אוטומציה ומאושרת על ידי יצרן מערכות הזריעה האוטומטיות".	ככתוב במכרז
4	4.1.3	" מבקשים eSwab על המבחנה מופיע שם המוצר " להסיר את בקשת הדפסת המק"ט על גוף המבחנה שכן המק"ט מופיע על אריזת הניילון השקופה ועל אריזת האלומיניום החיצונית.	מקובל
5	4.1.5	מבקשים להסיר סעיף זה עקב חוסר רלוונטיות לסוג הדיגום עם מוצר זה.	מקובל
6	4.3.5	נבקש לשנות לנוסח הבא: "..תינתן עדיפות למארזים קטנים של 50 יחידות..". וכן לשנות בטבלת "מדדי איכות נספח 2" סעיף 7 בהתאמה.	לא רלוונטי לסעיף

ככתוב במכרז	נבקש לשנות לנוסח: "תינתן עדיפות למארחים קטנים של 50 יחידות..."	4.3.7	7
ככתוב במכרז	מכיוון שזמן מדף של 75% מהמקסימלי אינו ישים בשל הדרישה שלכם להחזקת מלאי של 3 חודשים במחסן שלנו אנו מבקשים לשנות לנוסח המוצע: "הספק הזוכה יתחייב לספק מבחנות בעלות זמן-מדף של לפחות 6 חודשים".	4.4.1	8
סעיף 4.4.2 ישונה לנוסח הבא: אספקה ראשונה לא תאוחר מ- 60 ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה.	מבקשים לשנות: אספקה ראשונה לא יאוחר מ- 90 ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה	4.4.2	9
ככתוב במכרז	מבקשים להסיר מההדרכה את "שילוב בין הפריט להזמנתו בתוכנת המעבדות" שכן איננו בקיאים בתוכנת המעבדות.	5.3.1	10
מקובל	המוצר המבורקד בהתאם לדרישות המעבדה ייוצר לאחר ההודעה על הזכיה במכרז, ולכן נוכל לצרף להצעתנו את המוצר עם המדבקה הסטנדרטית (ללא ברקוד שהוגדר בסעיף 3.1.10)	7.2	11