

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(תברואה / ק"ח שיבא)
יחידה מזמינה:	טיפוס (אחד) (תלויק)
תאריך:	12.03.19

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070504	מוניטור נייד דגם B450
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
3	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
4	1040015992	CART 5-WHEEL DASH X000

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הספק העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**  
פקס. **FAX. 972-3-5303387**

28 בפברואר 2019  
מספרנו: יש/2019-0071  
תיק: 1009, 1120-9

לכבוד  
גב' דנה עמירב  
כ.א.ן

נכבדי,

**הנדון: טיפול נמרץ ניתוחי לב – חו"ד לרכישת מוניטור נייד**

תוכנית הצטיידות 2019

בסימוכין בפריט 31 אושרה רכישת מוניטור נייד בכמות 2 יח'.

ביח' לט.ג. ניתוחי לב קיימת מערכת ניטור מודולרית מרכזית תוצרת GE הכוללת:  
תחנה מרכזית דגם I, CENTRAL BEDSIDE MONITOR, דגם F-CUP5 ומוניטורים ניידים דגמים F-FM  
ו-B450 (דגם B450 הינו הדגם העדכני של היצרן).

לצורך מתן מענה לנדרש לרכישה מחוייב לממש רכישת מוניטור נייד מתוצרת חב' GE על מנת לאפשר חיבורו לתחנה  
המרכזית הקיימת ולאפשר שימוש במודולים הקיימים במערכת הניטור הקיימת.

ומולץ לממש הצעת מחיר חב' לבנט הרצי"ב לדגם B450 על כל סעיפיה ובכמות 2 יח'.

לנוכח הנייל ניתן לראות ביצרן GE ובנציגתו בארץ ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות מיום הקליטה בפועל.

**יש להעביר מסמך זה לצורך מימוש למח' הרכש.**

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: פרופ' א. רענני  
ד"ר יורם שדמי  
גב' עדנה שלום