



ט"ו בסיון, התשע"ט  
18 יוני 2019

סימוכין : 481672219

לכבוד  
נרשמים לעדכונים

שלום רב,

**הנדון: פניה מוקדמת לקבלת מידע (R.F.I.) לקראת הקמה ותפעול מרכז לאומי לטיפול בקרינת פרוטונים - מענה לשאלות הבהרה**

1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 01.07.19 בשעה 12:00.
2. בהתאם להוראות פניה מוקדמת לקבלת מידע (R.F.I.) לקראת הקמה ותפעול מרכז לאומי לטיפול בקרינת פרוטונים להלן טבלת שאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם הפנייה והתשובות בגינן.
3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה.
4. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי הפנייה מלכתחילה. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי הפנייה.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
7. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
8. נבקש להבהיר בנוגע למרכז הפרוטונים: כפי שפורט במסמך ה-RFI, המרכז ינוהל באופן ישיר על ידי משרד הבריאות, על אף שהוא ימוקם באחד מהמרכזים הרפואיים העומדים בתנאים שפורטו במסמך. מודל ההפעלה אליו מכוון משרד הבריאות הוא מודל של שיתוף פעולה על ידי כלל המרכזים הרפואיים הרלוונטיים באופן שווה, כך שהנגישות למרכז קרינת הפרוטונים, הן למטופלים והן לצוותים הרפואיים תהיה שווה לכל המרכזים.
9. על ההצעות להיות מוגשות על פי עקרונות אלה.
10. מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על ידי המשרד:



מס'ד	מס סעיף	שאלה \ הערה	מענה
1		האם RFI זה נועד למרכזים רפואיים /קופות חולים בלבד?	ניתן להגיש מענה והצעות גם מגורמים אחרים, כמפורט בסעיף 2.1.  יחד עם זאת מרכז הקרינה לפרוטונים יהיה לאומי, באחריות משרד הבריאות וימוקם בתוך בית חולים כללי (לאו דווקא ממשלתי), שיש בו מרכז רדיותרפיה, עם ניסיון של 5 שנים.
2		האם וכיצד ובאיזה אופן אתם מצפים מספקיות הטכנולוגיה לענות/להשתתף על ה-RFI ? (ברמה הטכנולוגית, תשתיתית, כלכלית, קלינית).	ספקיות הטכנולוגיה (במידה והכוונה היא לחברות המשווקות/מייצרות מכשירים לקרינת פרוטונים) כבר הוזמנו לענות על RFI שפורסם באופן ייעודי לחברות, על ידי חברת שראל.  ב-RFI הנוכחי, המענה צריך להתייחס למנגנון ההקמה וההפעלה המוצע שיכלול גם את המידע מספקית הטכנולוגיה לגבי הדרישות התשתיתיות להקמה והפעלה, עלויות, זמנים, תחזוקה וכיו"ב.  לגבי ההיבטים הקליניים, הציפיה היא כי המשיב יתייחס למנגנון בחירת המטופלים, ההפניה מכלל המרכזים הרפואיים, האחריות הטיפולית, ניתוב המטופל להמשך טיפול, תיעוד, מתן מענה לצרכים רפואיים תוך כדי תקופת הטיפול בפרוטונים, תכנון הטיפול וכיו"ב.  יש להתייחס למנגנון התיגמול הכלכלי לכל הגורמים המקצועיים המעורבים.  אין ציפיה כי החברה המייצרת ומשווקת את הטכנולוגיה תתייחס להיבטים הללו והמענה צריך להינתן על ידי המוסד הרפואי המציע כי בתחומו/באמצעותו יוקם המרכז.



<p>לאחר קבלת המענים ל-RFI, תבוצע הערכה של כלל המידע שיתקבל ובסיוע ייעוץ מקצועי תתקבל החלטה לגבי אפשרות פרסום מכרז להקמת והפעלת מרכז לאומי לקרינת פרוטונים, שיפורסם כמקובל.</p> <p>אין במתן מענה או אי מתן מענה ל-RFI התניה לזכאות לגשת למכרז אם וכאשר יתפרסם בעתיד ואין במענה ל-RFI התחייבות מכל צד לתנאים מקדמיים לזכאות לפרסום במכרז דרישות ספציפיות או לגשת אליו.</p> <p>מענה ל-RFI לא מהווה בסיס לבחירת המכרז הרפואי במסגרתו יוקם מרכז קרינת הפרוטונים.</p>	<p>האם בכוונתכם לאחר ה-RFI לבחור את המרכז וכיצד. האם יש כוונה לערוך מכרז בין המרכזים.</p>		3
<p>ניתן להציע טכנולוגיה ספציפית בכדי להדגים היתכנות להקמה מבחינה תשתיתית, כלכלית ותיפעולית אולם אין בכך התחייבות מצד העונה ל-RFI לרכוש בעתיד דווקא את הטכנולוגיה אליה התייחס ב-RFI.</p> <p>ניתן להציע חלופות טכנולוגיות שונות במסגרת המענה.</p>	<p>האם הכוונה היא שהמרכז (המציע), יבחר את הטכנולוגיה במסגרת ההצעה שהוא מציע?</p>		4
<p>טרם הוחלט אם תהיה הפרדה במכרז, אם וכאשר יפורסם, בין המקום, המפעיל ורוכש הציוד.</p> <p>ייתכן והזוכה במכרז שיתפרסם בעתיד יהיה אחראי גם על בחירת הטכנולוגיה, אולם תהינה דרישות מקצועיות כחלק מהמכרז ויידרש אישור משרד הבריאות לספק הטכנולוגיה שייבחר.</p>	<p>האם בכוונתכם להוציא RFI או מכרז לציוד ועל ידי מי (MOH, שראל, המרכז הנבחר)?</p>		5
<p>אנו מניחים כי הגשת מענה ל-RFI תהיה קשורה לבחירת טכנולוגיה ספציפית ואולי תציג חלופות בהתאם לטכנולוגיות נבחרות מבין אלו הקיימות</p>	<p>האם אתם מניחים שצורך הגשת ה-RFI המרכז/המציע בחר כבר את ספק הטכנולוגיה ועל בסיס זה יגיש את תגובתו ל-RFI? – תשומת ליבכם שחלק מהמידע</p>		6



<p>היום בשוק. אכן, חלק מהמענים עשויים להיות שונים בהתאם לטכנולוגיה הנבחרת. ניתן להגיש חלופות בהתאם לטכנולוגיה הנבחרת.</p>	<p>המבוקש ב- RFI , יתבסס על זהות הטכנולוגיה.</p>		
<p>סעיף זה מתייחס לאפשרויות פיתוח טכנולוגיות עתידיות אליהן יש כבר התייחסות מסוימת של העוסקים בתחום. לא מדובר בהתניה או בסעיף שיש חובה לתת לו מענה. בפרסום מופיעה דוגמא בסעיף הנדון: "כגון יונים". מדובר בדוגמא בלבד. אם אין במענה אופציה לכך, ניתן לא להתייחס לסעיף זה ואין חובה להציג מידע נוסף בנושא.</p>	<p>נבקש הרחבה למה הכוונה? לאיזה סוגי קרינה נוספים?</p>	3.4.6	7
<p>שירות ותחזוקה (בהיבטים של עלויות, משך זמן להשבתת העבודה השוטפת, זמינות חלפים וגיבוי) קשורים לטכנולוגיה הנבחרת וצריכים להוות חלק מהמענה, בהתאם. ניתן להציע חלופות בהתאם להצעות שישקלו על ידי המציע על ידי חברות שונות. נתונים אלו זמינים על ידי החברות ומתן מענה עליהם אינו מהווה התחייבות, כך שאנו מביאים בחשבון שעלולים להיות שינויים, בהתאם לחברה ובהתאם לעיתוי הרכישה. לגבי סעיף 3.7 - הכוונה להקמת מוקד לזימון החולים שיהווה חלק אינטגרלי ממרכז קרינת הפרוטונים ונפרד מבית החולים בתחומו יוקם המרכז.</p>	<p>לענין כל הנושא הטכני, לרבות נושא השירות/תחזוקה – האם נושא זה אמור להיות מוצג על ידי המציע או ספק הטכנולוגיה? - במידה ומדובר במציע שהוא המרכז הרפואי, הרי שהוא יכול לענות על סעיפים אלה רק בחר/יבחר את ספק הטכנולוגיה.</p>	3.6 , 3.7	8



יש להתייחס במענה גם לשירות הלקוחות (המטופלים במרכז ובני משפחותיהם).			
סעיף זה מתייחס לאחד ההיבטים של שיתוף הפעולה בין המרכזים הרפואיים המפנים את המטופלים למרכז הפרוטונים לבין מרכז הפרוטונים, בתחום הכלכלי. התייחסות למודל תיגמול לחלוקת המימון כלומר, האם המרכז המפנה יתוגמל בהתאם למידת ההשתתפות שלו בהפניית המטופל, בתכנון הטיפול בטיפול עצמו (כמו למשל גיבוי לקרינה באמצעים קונבנציונאליים) והיבטים כלכליים נוספים הכרוכים בשיתוף הפעולה בין המרכזים.	נבקש הבהרה והרחבה לתת סעיף זה	3.9.2	9
לא נקבעו קריטריונים למודל הכלכלי וקיימות חלופות לבנייתו. המודל יכול להביא בחשבון עלויות בניה, רכישה תיפעול ותחזוקה ומקורות כספיים שונים וכן יכול להיות ללא עלות רכישה במידה וקיים מקור מימון אחר. במודל הכלכלי כל מציע נדרש להעמיס את כלל העלויות להפעלת המרכז במידה ואין לו מקורות אחרים, במתכוון לא נקבעו קריטריונים למודל הכלכלי והחלופות לבנייתו, נותרו פתוחות לעונים. המודל יכול להביא בחשבון עלויות בניה, רכישה תיפעול ותחזוקה ומקורות כספיים שונים. בשלב זה בעיקר חשוב לספק מידע מה המודל הכלכלי המועדף על המשיב.	האם נדרשות העמסת עלויות כלשהן בעת בניית המודל הכלכלי.	1.2	10
מכיוון שמדובר במרכז לאומי עובדים יעודיים למרכז חלקם או כולם אפשר שיועסקו ישירות ע"י משרד הבריאות ניתן לספק מידע לגבי המודל להעסקת העובדים	נבקש הבהרתכם לכוח האדם, מכל סוג שהוא אשר ימומן ויגויס על ידי משרד הבריאות ולזה אשר יש לכלול את העלויות בגינו במענה לתכנית	כללי	11



שנראה למרכז המציע כמתאים.			
ניתן להציג מספר חלופות.	האם ניתן להציג מספר חלופות לצורך יישום סעיף זה (בנייה, מכשור וכיו"ב).	3.2.4	12
לא בכל המאיצים ולא בכל המערכות, ההדמיה המתקדמת מהווה חלק אינטגרלי מהמאייץ. לכן לעיתים נדרשת התקנה של מערכת הדמיה נוספת. בעתיד, ייתכן שיידרשו שדרוגים ולגביהם יש להתייחס. בנוסף, הסעיף כולל בקשה להתייחס לאופציות טיפוליות כמו למשל טיפולים מונחי נשימה שאינם מבוצעים בהכרח באמצעות הדמיה. גם לשיטות אלו יש להתייחס. במידה וההצעה כוללת מערכת מסונכרנת להדמיה מתקדמת ולא נדרש בשלב זה שדרוג, אפשר לא לפרט מעבר לכך בסעיף זה, לגבי הדמיה.	מאחר והמערכות היום מצוידות במערכות הדמיה המסונכרנות למאייץ, נבקש הבהרה לסעיף זה.	3.4.5	13
מענה ניתן בסעיף 7.	מאחר ומדובר במערכת מסוג אחר לגמרי, נבקש הבהרה לסעיף זה.	3.4.6	14
המענה צריך לעמוד בדרישה הכללית שהוצגה בסעיפים אלה.  החלוקה של האחריות האדמיניסטרטיבית והתפעולית מהווה חלק מהמודל שיוצע ואנו פתוחים לשמוע הצעות בנושא.  יש להתייחס לעקרונות של שמירה על שוויון בקביעת ומתן טיפולים ללקוחות כל הקופות וכל (בתי החולים)  במכרז אם וכאשר יפורסם בעתיד, תפורטנה הדרישות.	מבקשים להבהיר בצורה חדה יותר את תחומי האחריות וההפרדה בנושאי אחריות אדמיניסטרטיבית/תפעולית.	1.1- 1.2	15
האפשרות קיימת וניתן להציג אותה כאחד	מבקשים הבהרה בנושא, עלויות התשתית והאפשרות שימומנו ע"י מב"ר (בחינה של		16



מהמודלים הכלכליים. לחילופין ניתן להציע מודלים אחרים.	אפשרות שהמשרד יממן את עלויות התשתית ובתמורה יציע ביה"ח את תפעול השרות הרפואי ("במחיר כדאי לקופות")		
ככלל, לפי המידע שהתקבל במשרד הבריאות, רנטגנאים לא יזדקקו להכשרות ארוכות בחו"ל מלבד אפשרות להכשרות קצרות (של כמה ימים) בחו"ל, בעיקר הכשרות מקומיות על המכשירים. במידה והמענה כולל התייחסות להכשרה רחבה יותר גם לרנטגנאים או לאנשי מקצוע נוספים, ניתן לפרט זאת בסעיף זה.	הכשרות צוותים רפואיים, האם נדרשת התייחסות להכשרת צוותי רנטגנאים (או גופים נוספים) מלבד רופאים ופיזיקאים ?	3.4.20	17
מענה בסעיף 17.	האם נדרשת הכשרת רנטגנאים בחו"ל?	3.4.21	18
אין עדיפות לשום מכשיר. מענה בסעיף 7.	שדרוג המערכת לספק יוני פחמן, האם ישנה עדיפות למב"ר להתקנה של Synchrotron ולא Cyclotron (האחרון מהיר ויעיל יותר לנושא הפרוטונים אך לא יאפשר שימוש ביוני פחמן)?	3.4.6	19
הכוונה בעיקר למחקר קליני, בהתוויות טיפוליות חדשות. מאחר ורוב ההתוויות לטיפול בפרוטונים נחשבות עדיין ניסיוניות, מתן חלק מהטיפולים נעשה במסגרת מחקרים קליניים בדרך כלל רב מרכזיים. ניתן להתייחס גם לאופציות מחקריות בשלבים שונים, אולם בשל ההקצאה המוגבלת של עמדות טיפול, האופציה לביצוע מחקרים פרה קליניים/בבעלי חיים מצומצמת.	מודל מחקרי, האם הכוונה למחקר קליני בלבד או גם פרה קליני/מחקר בחיות ?	3.4.26	20
ניתן לפרט בסעיף זה מידע בהתאם למצוי בידי המציע.	מחייב בניה של השירות המוצע, תוך אפיון ותיאור מלא של הדברים, לשם כך נדרשות פעולות רבות ומורכבות, ייתכן אף נסיעות לחו"ל עקב המידע הקיים כיום בארץ.	2.1.2	21



מועד הגשת הצעות נקבע ל- 01.07.19	רוב הזמן הנדרש להכנת המידע חל בחג הפסח הבא עלינו לטובה, מה שמקטין באופן משמעותי את חלון הזמן להכנת כל החומר		22
מועד הגשת הצעות נקבע ל- 01.07.19	נבקש דחיה של המועדים, כך שהמועד להגשת הבהרות יידחה עד ליום 31.5.19 והגשת המעטפה תידחה עד ליום 31.7.19		23
במסגרת המענה ל-RFI, אפשרי להגיש הצעה הכוללת כמה חלופות או מספר הצעות. לגבי התנאים במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם, יקבעו קריטריונים להגשת הצעות ובמסגרתם תהיה התייחסות למספר ההצעות שכל ארגון רשאי להגיש.	מאחר ושירותי בריאות כללית הינה הבעלים של מספר מרכזים רפואיים – האם ניתן יהיה להגיש במסגרת ההליך המקדמי לקבלת מידע (ובהתאמה – במסגרת הליך המכרז העתידי) יותר מהצעה אחת (כך למשל, הצעה של מרכז רפואי פלוני לצד הצעה של מרכז רפואי אלמוני)?		24
ניתן להציע הצעות המשלבות מודל בניה והפעלה משותף של יותר מארגון בריאות אחד (כמה בתי חולים, בית חולים וקופת חולים וכן שילובים אחרים). לגבי התנאים במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם, יקבעו קריטריונים להגשת הצעות ובמסגרתם תהיה התייחסות לשיתופי פעולה בין מוסדות וארגוני בריאות.	האם ניתן יהיה להגיש במסגרת ההליך המקדמי לקבלת מידע (ובהתאמה – במסגרת הליך המכרז העתידי) הצעה המשותפת ליותר ממוסד בריאות אחד (למשל – הצעה המשותפת לשתי קופות חולים ו/או הצעה המשותפת לבית חולים ממשלתי או אחר ולקופת חולים ו/או הצעה המשותפת לבית חולים ממשלתי או אחר ולבית חולים של כללית)?		25
במסגרת המענה ל-RFI, ניתן להציע כל מודל של שיתוף פעולה. לגבי התנאים במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם, יקבעו קריטריונים להגשת הצעות ובמסגרתם תהיה התייחסות לשיתופי הפעולה האפשריים.	האם ניתן יהיה להגיש במסגרת ההליך המקדמי לקבלת מידע (ובהתאמה – במסגרת הליך המכרז העתידי) הצעה המשותפת למוסד בריאות ולגוף פרטי – מסחרי?		26
ההערכה המספרית מתייחסת לצפי פעילות אחרי	הוגדר צפי ל-790 מקרים בשנה. נבקש לקבל את התייחסות המשרד לאפשרות של	1.1	27



<p>תקופת התנעה (שנה-שנתיים). יכולת הקיבולת של המרכז תלויה בעקומת הלמידה וההפעלה שלו ולא תינתן התחייבות למימון מינימום טיפולים בשנה. צוות מומחים יגדיר את ההתוויות המקובלות לטיפול בקרינת פרוטונים והניתנות במימון ציבורי.</p>	<p>התחייבות לכמות מינימאלית של מקרים בשנה על בסיס הערכה זו.</p>		
<p>השאלה אינה תואמת לסעיף שצויין. במכרז, אם וכאשר יפורסם, תפורט תקופת ההתקשרות ותנאי הבלעדיות. מוצע כי, אנשי המקצוע הייעודיים למרכז קרינת הפרוטונים יועסקו ע"י משרד הבריאות כגון: רופא אחראי, רדיוטרפיסטים פיסיקאיים, אחיות ורנטגנאים, . רופאים מרדמים, אנשי מינהלה ומשק יהיו מתוך צוות המוסד הרפואי המארח. ניתן להציע מודלים חלופיים להעסקת כוח האדם באופן שיאפשר הגדרת המרכז כמרכז לאומי.</p>	<p>האם המרכז הארצי יהיה בלעדי למשך כל תקופת ההתקשרות המוצעת? לגבי חלוקת כוח האדם במרכז הלאומי: נבקש להבין אילו בעלי תפקידים יגויסו ויועסקו ע"י משרד הבריאות ואילו בעלי תפקידים יועסקו על ידי המציע</p>	3.1.10	28
<p>הנושא ייבחן ויוסדר במסגרת המכרז העתידי אם וכאשר יפורסם.</p>	<p>נבקש שהדרישה לגבי תב"ע בתוקף תהיה נכון למועד החתימה על הסכם התקשרות מול המציע הזוכה במכרז העתידי, או, למצער, נכון למועד הגשת ההצעה במסגרת המכרז העתידי (ולא נכון למועד המענה על פנייה זאת). בשלב מקדמי זה של פנייה לקבלת מידע, דרישה לתב"ע בתוקף אינה סבירה ועלולה להוות מגבלה שאינה מידתית.</p>	3.1.3	29
<p>משרד הבריאות רואה את המרכז כמרכז לאומי, על מנת להבטיח את פעולת המרכז לאורך שנים תרשם הערת אזהרה לטובת המשרד כך שהשטח עליו יוקם המתקן ישמש אך ורק לטובת כך</p>	<p>נבקש להבין את הרציונל לרישום הערת אזהרה לטובת משרד הבריאות לתקופה של 25 שנה.</p>	3.2.3	30



<p>בשלב ה RFI אנו נכונים לשמוע כל הצעה רלוונטית</p>	<p>ככל שהמשרד רוצה להבטיח את המשכיות הפרויקט לתקופה זו באמצעות הדרישה כאמור, האם ניתן להציע חלופות מקבילות אחרות במקום התחייבות זו.</p>		31
<p>זימון התור יעשה ע"י המרכז שיהיה גוף ייעודי בניהול ישיר של משרד הבריאות. למרכז קרינת הפרוטונים יהיה מרכז לזימון תורים וקבלת התחייבויות משלו.</p>	<p>צוין כי המרכז ינוהל באופן ישיר על ידי משרד הבריאות. נבקש הבהרה האם הכוונה שמשרד הבריאות יקלוט את המטופלים אל מערכות המחשוב שלו, לרבות תשלום וטפסי ?17</p>	1.2	32
<p>בהנחה שמדובר בשאלה המתייחסת לסעיף: 3.4.1. הבקשה מתייחסת לשתי חלופות אפשריות המוכרות היום: האחת- התקנה של מאיץ גדול מרכזי המאפשר חיבורו לשתי עמדות טיפול ויותר. השניה- מאיץ מודולרי המחובר לעמדת טיפול יחידה. ובמקרה של רכישת טכנולוגיה מעין זו, אפשרות להתקנה של שתי יחידות במקביל. כמו כן הכנה של תשתית לרכישת או הקמת עמדה נוספת. אין הכוונה להתקין שני מאיצים גדולים שכל אחד מהם יכול להיות מחובר למספר עמדות טיפול.</p>	<p>הדרישה להוסיף התייחסות לאפשרות ההתקנה של מערכת מודולרית עם שני מאיצים עצמאיים אינה מובנת: מדובר במודל הפעלה שונה לחלוטין (בהשוואה למודל הנזכר ברישא של סעיף זה) שיש לו משמעויות כלכליות ותפעוליות שונות בתכלית. מהו מודל ההפעלה המועדף על הזמין?</p>		33
<p>כן. ניתן להציע הצעות לגבי יותר ממודל אחד להפעלת המרכז, במסגרת הליך ה-RFI הנוכחי.</p>	<p>האם ניתן להגיש יותר ממודל אחד להפעלת המרכז נשוא הליך מקדמי זה?</p>		34
<p>הכיסוי עבור האחריות המקצועית יקבע כמקובל במערכת הבריאות. לגבי כל מקצוע לפי חלקו של הגורם המעסיק. ניתן להתייחס לנושא במענה ל-RFI. במסגרת המכרז אם וכאשר יפורסם, יוגדרו</p>	<p>מי הגוף שיידרש לספק את הכיסוי עבור אחריות מקצועית בתחום ניהול סיכונים?</p>		35



דרישות ספציפיות לנושא.			
כ. ניתן להגיש מענה ומידע במשותף עם גורמים שונים.	האם ניתן ליישם שיתוף פעולה עם גוף מסחרי במסגרת המענה?		36
במסגרת ההצעות ניתן להציג חלופות שונות למקורות מימון. ניתן גם להציע מודלים של מימון משותף בין גורמים שונים.	האם מציע במסגרת המכרז העתידי יהיה חייב להעמיד בעצמו ומקורותיו את המימון הנדרש עבור הפרויקט?		37
מערכת ההתחייבויות טרם הוגדרה באופן סגור. כאמור, ניתן להציע כל הצעה רלוונטית וההצעות השונות ילקחו בחשבון בעת כתיבת המכרז, אם וכאשר יפורסם.	האם ניתן יהיה לגייס את המימון הנדרש עבור הפרויקט מצד שלישי על בסיס הסכם 'גב אל גב' (back to back) שייחתם בין המציע לבין הצד השלישי?		38
לא. מתן מענה לא מחייב את העונים לגבי מכרז עתידי. ניתן יהיה לשנות את המודל במידה וכאשר יפורסם מכרז. מסמך המענה ל-RFI איננו מחייב אך אנו מצפים מהמציעים להציע הצעה עניינית ומקצועית שניתן לעמוד בה	במסגרת המכרז העתידי, האם הפונים יהיו מוגבלים וכפופים למודל שהוצע על ידם במסגרת המענה על הפנייה לקבלת מידע?		39
לא. לאורך השנים האחרונות התקבלו פניות והתקיימו פגישות עם מגוון גורמים מהארץ ומחול"ל בנושא, כחלק מאיסוף מידע לקראת גיבוש ההחלטה על הקמת המרכז ועל מודל הפעלתו.	האם משרד הבריאות כבר בחן את ההיתכנות המקדימה או את האפשרות של הקמת מרכז לטיפול בקרינת פרוטונים, בין אם ארצי ובין אם לאו, ביחד עם מוסד בריאות כלשהו בישראל (לרבות ובפרט בית חולים ממשלתי)?		40
משרד הבריאות אינו מודע לביצוע עבודות מעין אלו שהוצגו בשאלה. משרד הבריאות אינו מחוייב לשום מרכז רפואי	נודע לנו כי לפחות בית חולים ממשלתי אחד בישראל החל כבר בעבודות מקדימות (או, למצער, בהיערכות ראשונית) לקראת		41



וככל שבית חולים כזה או אחר מבצע עבודות הכנה הם ללא ידיעתנו ועל אחריות המוסד	האפשרות שבחצרו יוקם מרכז לטיפול בקרינת פרוטונים; האם ההיערכות כאמור הינה על דעת משרד הבריאות? בידיעת משרד הבריאות? כיצד ההערכות כאמור עולה בקנה אחד עם האמור בכתב ההזמנה?		
במידה ויזומנו גורמים ששלחו מענה ל-RFI, יוזמנו כל הגורמים הרלוונטים	לכתב ההזמנה (זימון גורמים שענו על הפנייה למפגש), נבקש כי ישלח זימון לכלל הגורמים שמסרו מידע מכח ההליך (ולא רק לחלק מן הגורמים).	2.1.6	42
ראה מענה לסעיף 1. בנוסף, ראה סעיף 2.1. במסמך "פניה מוקדמת לקבלת מידע..."	האם RFI זה נועד למרכזים רפואיים/קופות חולים בלבד?		43
במענה ניתן להביא מידע מחברות הטכנולוגיה באמצעות המציע כמפורט בסעיף 2.1, במטרה להדגים את המודל המוצע. יצויין כי כבר התקיים תהליך נפרד לקבלת מידע ישירות מחברות הטכנולוגיה, באמצעות חברת שראל.	האם וכיצד ובאיזה אופן אתם מצפים מספקיות הטכנולוגיה לענות/להשתתף על ה-RFI (ברמה הטכנולוגית, תשתיתית, כלכלית, קלינית).		44
ראה מענה בסעיף 3.	האם בכוונתכם לאחר ה-RFI לבחור את המרכז וכיצד. האם יש כוונה לערוך מכרז בין המרכזים.		45
ראה מענה בסעיף 6.	האם הכוונה היא שהמרכז (המציע), יבחר את הטכנולוגיה במסגרת ההצעה שהוא מציע?		46
ראה מענה בסעיף 5.	האם בכוונתכם להוציא RFI או מכרז לצידו ועל ידי מי? (שרא, המרכז הנבחר)?		47
ראה מענה בסעיף 6.	האם אתם מניחים שצורך הגשת ה-RFI המרכז/המציע בחר כבר את ספק הטכנולוגיה ועל בסיס זה יגיש את תגובתו ל-RFI? –		48



	תשומת ליבכם שחלק מהמידע המבוקש ב- RFI , יתבסס על זהות הטכנולוגיה.		
ראה מענה בסעיף 7.	נבקש הרחבה למה הכוונה? לאיזה סוגי קרינה נוספים?	3.4.6	49
המידע שיופק יהיה לפי הטכנולוגיה הנבחרת והוראות היצרן שלה, המהווים חלק מהמודל שיוצע. ניתן להציע כמה חלופות גם בקשר לטכנולוגיה הנבחרת.	לענין כל הנושא הטכני, לרבות נושא השירות/תחזוקה – האם נושא זה מוצג על ידי המציע או ספק הטכנולוגיה. במידע ומדובר במציע שהוא המרכז הרפואי, הרי שהוא יכול לענות על סעיפים אלה רק בחר/יבחר את ספק הטכנולוגיה.	3.6- 3.7	50
ראה מענה בסעיף 9.	נבקש הבהרה והרחבה לתת סעיף זה	3.9.2	51

ב ב ר כ ה,  
אורגת אפרתי לב  
מנהלת אגף רכש

העתק: תיק RFI 01-2019