

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

מס'ד:	מכשיר לתיאור פריט
יחידה מזמינה:	בית שקום אצבע
תאריך:	7/04/19

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095082426	TRINGO AVANTI ANALOGUE-DIGITAL LAB BASESTATION 8 X TRINGO AV
11	1040016131	DELSYS 32-CHANNEL INTERFACE BOX (from free issue cable only
10	1040016123	SYSTEMS & TRAINING SUPPORT (12 MONTHS)- PREMIUM
9	1040016115	PLATE FOR QMDB (HORIZONTAL MOUNTING INCLUDES ELASTIC STRAPS
8	1040016107	INTEGRATED PELVIC FRAME INCLUDING BELTS IN CHARGER CASE-CX1
7	1040016099	MARKER CLUSTER PLATE - SMALL INCLUDES STRAPS 4
6	1040016081	MARKER CLUSTER PLATE-MEDIUM INCLUDES STRAPS 4
5	1040016073	LANDMARK POINTER WITH CAL TOOL (CX1) COMPLETE WITH CHARGER C
4	1040016065	(TRIGGER MODULE PACKAGE (for 3rd party synchronisation
3	1040016057	TRINGO AVANTI SENSOR
1	1040016040	ACE BOX / TRINGO 4-SLOT ADHESIVES

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן




חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר יעקב יצחקי

	מהנדסת ביו-רפואית	ענבר אמוץ-שושן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

ד"ר יעקב יצחקי





המרכז הרפואי שיבא
תל השומר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

28 בינואר 2019
מספרנו : עש/2019-0108
תיק : 1-1132, 6519

לכבוד
מר בטאלי רן-ראובן
כאן

נכבדי,

הנדון: **בית"ח שיקומי/ מעבדת התנועה – חו"ד לרכישת מערכת EMG ואבחון תנועה**

א. רכש רפואי 2019 – ביח"ח שיקומי
ב. תכתובת מיום 14.02.19
ג. אישור מערכות מידע מיום 19.03.19

1. בהמשך לסימוכין אי פריט 64 ברשימה אושרה רכישת המכשיר שבנדון בכמות של 1 יח.
 2. מדובר במערכת לאבחון תנועה באמצעות סנסורים EMG (אלקטרומויוגרפיה) ו-IMU (אינרציה). ייחודיות המערכת היא בסנסורים המינימליים המאפשרים אבחון ללא מגבלה ובשילוב בין שתי שיטות האבחון, סיגנלים ממערכת EMG ותונוי קינמטיקה.
 3. המערכת עתידה להסתנכרן עם מערכת קיימת לאבחון הליכה ותוכנה המותקנת במעבדת התנועה .codamotion
 4. מומלץ לממש הצעה CDL-00294-4 של חברת Charnwood לדגם Trigno Avanti תוצרת Delsys. יש לממש הצעת המחיר במלואה בהתאם לסימוכין בי.
- על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ- 24 חודשים על כל רכיבי המערכת תחל מיום הקליטה וחשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים בהתאם לחוראות היצרן.
- יש להעביר חוות הדעת למח' הרכש לצורך מימוש.**

בברכה,

ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

חתימה

Charanti לדגם Trigno

לוט : הצעת מחיר

העתקים : דרי זין אמיתי
דרי גבעון אורי
דרי שדמי יורם
מר בראנסה האני