

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הרפ"א
יחידה מזמינה:	ק"א
תאריך:	14/03/19

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מסי 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1098901234	מדבקות לעור רגיל (מבוגר)
6	1098885205	דיסקה פנימית להחלפת ממברנה (5 יח.).
4	1098885197	ג'ל מגע 5 MIL
5	1098075336	מחליף ממברנה רב פעמי
2	1098075310	גז כיל
1	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM
7	1040009953	מחבר תקשורת SDM למוניטור PHILIPS

<b>תיאור מחות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר:    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין                      \_\_\_\_\_ שירותים                      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

21 באוגוסט 2018  
מספרנו: יש/0413-2018  
תיק: 1120-16, 4503

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
כ.א.נ.

נכבדי,

הנדון: פגיה – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2 (Transcutanus)

דוא"ל דר' שטראוס מיום 7.8.18

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש חמכשיר הנדון בכמות 2 יח'.  
תבחרה: נדרשת השלמה לכמות של 4 יח'. במחלקת קיימת כמות של 2 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב.  
מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. לחץ תכונות המכשיר:
  - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
  - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
  - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
  - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
  - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
  - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
  - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
  - ח. זינה – 230V/50Hz.
4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ17001661 של חבי קלינטיקה, מיום 25/7/17, לדגם SDMS תוצרת SENTEC, לפריטים 1,5,7 ולמתכלים פריטים 2,3,4,6 (בהתאם להתייחסות דר' מזכרת מיום 26.11.15).  
הבהרה: פריט 7 בהצעה הינו מחבר תקשורת למוניטור תוצרת פיליפס המצוי בפגייה.  
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.  
יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

המרכז הרפואי שיבא  
תל השומר  
52621 תל-אביב



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים  
שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

5. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתקים : ד"ר צ. שטראוס  
ד"ר ר. מזכרת  
גבי קרן מקדש