



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ועדת מכרזים מרכזית

תאריך: כ"ח אדר ב' תשע"ט

4 אפריל 2019

הנדון: פטור ספק יחיד תקנה 3 (29) לתח"ם - רכישת מכשיר קורא Fluoresce Polarization במיקרו פלטות מחברת "נאוטק ביו בע"מ", ח.פ. 515157246


פרוטוקול

1. בפני ועדת המכרזים בקשתה של ד"ר סבטלנה ברדנשטיין לרכישת שני מכשירים מסוג קורא Fluoresce Polarization במיקרו פלטות מחברת "Tecan" באמצעות חברת "נאוטק ביו בע"מ".
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר סבטלנה ברדנשטיין מנהלת המעבדה הסרולוגית, להיות "נאוטק ביו", ספק יחיד בנסיבות העניין. כמו כן הופיע בפני הוועדה היום ד"ר אולג קריפוקס שהסביר את אופן פעולת הציוד המבוקש ואת הסיבות להיותו מוצר המגלם אוסף תכונות ייחודי הכרחי ליחידה לצורך אבחון מחלות. הובהר לוועדה כי על אף שקיימים מכשירים דומים בשוק, יש חשיבות קריטית ליכולת לתקשר עם הציוד הקיים (רובוט + תוכנת מחשב) ומשכך מדובר "בספק יחיד" בנסיבות העניין.
3. כמו כן מצ"ב אישור החברה היצרנית Tecan, להיות "נאוטק ביו" משווק בלעדי מטעמם. להצהרת היחידה אין ספקים נוספים של מוצרי החברה היצרנית בישראל.
4. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום והיעדר השגות.
5. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 245,700 ₪ כולל מע"מ (מדובר כאמור על רכש שני מכשירים בעלות של 122,850 ₪ כ"א כולל מע"מ). המפורטים בהצעת המחיר של החברה מיום 20/3/2019 והמצ"ב.
6. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
7. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו 4/4/2019 ועד ליום 31/12/2019.
8. לאור שווי ההתקשרות טעון פטור זה את אישור ועדת הפטור המשרדית.



דקלה רייזנר אלקיים

ס/חשב



עו"ד חנאן טוחי

נציג היועצת המשפטית



אסף יצחקי

יו"ר הוועדה



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית-דגן

טופס זה ימולא על ידי היחידה המזמינה, טרם הפניה אל ועדת המכרזים
שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד
אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/

ספק חוץ

משרד החקלאות	היחידה	מגיש חוות הדעת	ועדת מכרזים
	מכון הווטרינרי	ד"ר סבטלנה ברדנשטיין	כללית
נושא הבקשה		תאריך	
רכישת המכשיר קורא (FP) Fluorescence Polarization במיקרו פלטות		24.03.2019	

הערה:

ידע, מומחיות וניסיון שנצברו במהלך ההתקשרות עם המשרד לא ייחשבו בשום מקרה כאלה ההופכים ספק לספק יחיד.

להלן בקשתנו המבוססת על יסוד תקנה ☒ (29)3 - בקשת פטור ממכרז מחמת ספק יחיד
☐ (31)3 - התקשרות עם מדינת חוץ
בתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטיבין/השירות/העבודה)

המכשיר קורא FP מיקרו פלטות של חברת TECAN בשימוש לבדיקות סרולוגיות לברוצלה משנת 2007. המכשיר הנוכחי לא תקין ואין אפשרות לבצע בדיקה מבחן ה-FP. ספק שרות ליצרן TECAN היא החברה נאוסק. ספק שרות לא יכול לתקן המכשיר מסיבה שדגם כזה יש במעבדה ירד מפסי יצור של יצרן ואין חלקי חילוף.
מבחן FP (באמצעות מכשיר) מאפשר לקבל תשובות ביום המבחן לכמות בדיקות רבות בגודל עד 1,000-1,500 בדיקות. מבחנים אחרים לברוצלה דרושים יותר עבודת ידיים כלומר יותר זמן, יותר מרכיבים בשימוש. ואת תשובה אפשר לקבל רק יום למחרת.
בשנה אחרונה כמות הבדיקות בשבוע הוא לא פחות מ-5,000. אי שימוש במכשיר מעכב מאוד השירות מעבדה סרולוגית לברוצלה. מבוקש לספק מכשיר לבדיקות fluorescent polarization in microtiter plates, 96 wells לפי המפרט הטכני מטה (דרישות חובה מהמכשיר ושירות):

1. Em/Ex 528/495 nm
2. Automated lid lifter – to enable lifting a plate lid inside the reader, before injection
3. Cooling, to enable temperature below room temperature
4. Included driver for integration with Tecan Freedom Evo robotic system
5. שירות תיקונים תוך 24 שעות מקריאת השירות, משך שלוש שנים לפחות.
6. Barcode reader for plates
7. Plate stacker
8. STARLIMS אפשרות תקשורת לייבוא וייצוא נתונים עם תכנת.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים) – התקשרות להספקת

☐ טובין ☒ שירותים ☐ ביצוע עבודה



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית-דגן

שם הספק:	נאוטק ביו בע"מ NEOTEC
מספר הספק	515157246
(ח.פ.ח.צ.מ.מספר עמותה)	
ספק זה הנב:	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות כולל	245.700 ש"ח, כולל מע"מ (עבור 2 מכשירים, כל מכשיר הוא בעלות של 122,850 ש"ח)
מע"מ:	
תקופת ההתקשרות:	25.03.2019-31.12.2020

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ .
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

1. פנינו ל-4 ספקי מכשירים לקריאת **FP** בארץ (נאוטק, רנזום' לומטירון וזוטל) עם דרישות למכשיר ושרות (מצ"ב המענה) קבלנו תשובות שליליות מכול ספקים חוץ מהספק נאוטק.
 - 1.1 מכשיר של ספק נאוטק ענה לכול הדרישות כגון:
 - א. מכשיר מאפשר בדיקה של חומר מסוכן בצורה בטיחותית: במכשיר קיימת מעלית לעליה של מכסה פלטה בפנים לספחת החומרים.
 - לספקים אחרים אין מנגנון כזה.
 - ב. המכשיר מאפשר לחבר לרובוטים הקיימים במעבדה של יצרן **TECAN** באמצעות תוכנת מחשב. לספקים אחרים אין תוכנה מתאימה לזה.
 - ג. בנוסף תוכנה מאפשרת לשדר תוצאות קריאה ישירות לתוכנה **Starlims** כל זה מקצר זמן בדיקה ומעלה רמת השירות במעבדה.
2. הספק נאוטק הוא ספק בלעדי של יצרן **TECAN** המכשיר (מכתב בלעדיות מצורף). מבוקש לרכוש 2 מכשירים, מכשיר אחד לשוטף ומכשיר שני לצורך גיבוי.

לאור הנימוקים שמציתי לעיל אני מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנישוא זה.
בכבוד רב,

דר' סבטלנה ברדנשטיין	מנהלת מעבדה לבדיקות סרולוגיות	חתימה
שם המאשר	תפקיד המאשר	