



14.05.19

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז מס' 192558 לרכישת 4 צנטריפוגות מקוררות
תשובות לשאלות הבהרה

1. שאלה: מה צורתו של מיכל 250 מ"ל?
תשובה: מבחנות קוניות ואפשרות ל flat bottom
2. שאלה: מבחנות 50 ו 15 מ"ל, האם מדובר על מבחנות קוניות עם פקק מתברג?
תשובה: כן
3. שאלה: מה ה RCF המרבי לרוטור swing out ?
תשובה: מעל 4600
4. שאלה: האם אפשר להדגים צנטריפוגה זזה לא מקוררת במקום המקוררת?
יש להדגים צנטריפוגה מקוררת זזה למוצעת.

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים