

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(בריאג- בית שיפא)
יחידה מזמינה:	מכון אולטראסאונד
תאריך:	11.04.19

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078952	Z.ONE-PRO ULTRASOUND SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים) X טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ארדון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510468051
מספר ספק בשיבא	1223
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <u>√</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$18,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות לחיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.


ד' נוספים:

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל מח' הנדסה רפואית	דרי' יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש שאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 באפריל 2019
מספרנו: יש/0128-2019
תיק: 7003, 1125

SMED

לכבוד
פרופ' אמיר תירוש
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מכון אנדוקרינולוגי – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

במכון האנדוקרינולוגי מצוי מכשיר דגם Z-ONE PRO משנת 2011.

עקב תקלה בסורק (SCANNER) של המכשיר נדרשת עלות תיקון של 6000 דולר לפני מע"מ, כאשר המכשיר הוכרז כ-E.O.L ע"י היצרן, דהיינו – לא נתמך ולא ניתן לתיקון.

המלצת הסוכן המקומי להחלפתו בעסקת חליפין.

מאחר וחמתמרים הקיימים מתאימים גם לדגם החלופי המוצע, הרי כל שניתן הוא החלפת המכשיר.

המכשיר המוצע עומד ביכולת ניקור וביכולת של מנחה מחט (Biopsy Guide).

רצ"ב הצעת החברה אותה יש לממש על מנת לאפשר שימוש במתמרים הקיימים על כל המשתמע מכך, דהיינו – ספק בלעדי לרכישה זו.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

מקור תקציבי לרכישה תקציב השבתות.

יש להעביר חוות דעת זו למח' הרכש למימוש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יעקב אילני
ד"ר שדמי יורם
מח' רכש

מנהל המחלקה להנדסה רפואית
ד"ר יורם שדמי