

2

מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מינהל המחקר החקלאי/ מרכז וולקני

ועדת הפטור המשרדית  
ועדה מיום 14.5.2019

פטור מס': 2209

הנדון: תיקון מיקרוסקופ קונפוקאלי Leica SP8

שם הספק: דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ ח.פ.: 510658404

היקף ההתקשרות: 52,741 ₪ כולל מע"מ 17%

תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה למשך חודשיים


סעיף פטור: 3(29)

החלטה


ועדת הפטור המשרדית מאשרת במסגרת סמכותה על פי תקנה 10א(ב) ותקנה 3א(ג) כי חוות הדעת ספק יחיד לא תפורסם על פי תקנה 3(29), לאור הדחיפות ולאור הנסיבות כמפורט בהחלטת הועדה ובחוות הדעת.  
ההתקשרות מאושרת בהתאם לפרטים הרשומים לעיל.



רחל ירום  
חשבת  
מינהל המחקר החקלאי



עו"צ בת-עמי הלוינג  
יועצת משפטית  
מינהל המחקר החקלאי



פרופ' אלי פיינרמן  
ראש מינהל המחקר  
החקלאי

מדינת ישראל/משרד החקלאות  
מינהל המחקר החקלאי  
מכון וולקני

**ועדת המכרזים המשרדית**

ועדה מיום 14.5.2019

**פטור מס': 2209**

**הנדון: תיקון מיקרוסקופ קונפוקאלי Leica SP8**

**שם הספק: דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ ח.פ.: 510658404**

**היקף ההתקשרות: 52,741 ₪ כולל מע"מ 17%**

**תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה למשך חודשיים**

**סעיף פטור: 3(29)**

**דיון**

**היסטוריית התקשרויות:**

**התקשרות ראשונה (מכרז 15/2015): המיקרוסקופ קונפוקלי סורק נרכש בהליך מכרז פומבי ביום 16.12.2015 מחברת דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ, בסך של 1,493,056 ₪ כולל מע"מ 17%, אחריות למשך שנה.**

המיקרוסקופ הפסיק לעבוד מכיוון שהכרטיס האלקטרוני DETECTOR BOARD לא מזוהה על ידי התוכנה של המכשיר. נערך ביקור של אנשי התמיכה של חברת דובר בנוכחות מהנדס מחבי לייקה, פורק המכלול של ה-scanner נמצא הכרטיס והמסקנה שהגיעו אליה אנשי המקצוע היא שיש להחליפו. אי לכך יש צורך להזמין **detector board** חדש המתאים למיקרוסקופ Leica SP8. ניתן להזמין אך ורק מחברת ליקה יצרנית המיקרוסקופ.

**יש לקדם את ההזמנה בדחיפות מכיוון שיש צורך להזמין רכיב מחו"ל. המיקרוסקופ תקול עוד מלפני חול המועד פסח ומפאת החג עבר זמן רב עד שאופיינה התקלה. המיקרוסקופ משרת את כל יחידות המנהל, חוקרים רבים סובלים מקלקול דוגמאות ביולוגיות חשובות שהוכנו במשך חודשים לניסויי מיקרוסקופיה.**

**החלטה**

**הוועדה ממליצה בפני וועדת הפטור המשרדית לאשר במסגרת סמכותה על פי תקנה 3א(ג) את ההתקשרות, ללא פרסום חוות הדעת ספק יחיד על פי תקנה 3(29), לאור הדחיפות ולאור הנסיבות כרשום לעיל.**

			
נציגת היחידה עינת שדות	מוטי ניר מ"מ יו"ר הוועדה	רחל רוז חשבת המינהל	אמיר גנאור יו"ר הוועדה

**טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"**

משרד החקלאות	מינהל המחקר החקלאי
יחידה מזמינה/מכון:	מכון למדעי הצמח
תאריך חוות דעת:	6.5.19
פטור מס' (פנימי):	2209

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 /  (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל:  כן  לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	חברת דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ (נציגת Leica יצרנית מיקרוסקופים קונפוקלים)
מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510658404
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	61,127 ₪ כולל מע"מ 17%
תקופת ההתקשרות:	מיום אישור ההזמנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: תיקון המיקרוסקופ הקונפוקאלי Leica SP8

המיקרוסקופ נרכש לפני כ-4 שנים (במכרז פומבי מס' 15/2015) ומשרת את כל יחידות המנהל. בפועל נמצא המיקרוסקופ במכון למדעי הצמח. עלות מיקרוסקופ חדש כ-1.5 מיליון ₪.

המיקרוסקופ הפסיק לעבוד מכיוון שהכרטיס האלקטרוני DETECTOR BOARD לא מזוהה על ידי התוכנה של המכשיר.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

- המיקרוסקופ מתוצרת Leica
- רק היצרן עצמו רשאי לתקן את המוצר
- חברת דובר בארץ היא הנציגה הבלעדית של Leica בתחום המיקרוסקופים.

2. ממצאי הבדיקה:

לא ניתן להחליף רכיב במכשיר כל כך מורכב ויקר וברכיב לא מקורי.

3. נימוקים והערות נוספות:

נערך ביקור של אנשי התמיכה של חברת דובר בנוכחות מהנדס מחב' לייקה, פורק המכלול של ה-scanner, נמצא הכרטיס והמסקנה שהגיעו אליה אנשי המקצוע היא שיש להחליפו.

אי לכך יש צורך להזמין detector board חדש המתאים למיקרוסקופ Leica SP8.

ניתן להזמין אך ורק מחברת ליקה יצרנית המיקרוסקופ.

דחיפות: יש לקדם את ההזמנה בדחיפות מכיוון שיש צורך להזמין רכיב מחו"ל. המיקרוסקופ תקול עוד מלפני חול המועד פסח ומפאת החג עבר זמן רב עד שאופיינה התקלה. חוקרים רבים סובלים מקלקול דוגמאות ביולוגיות חשובות שהוכנו במשך חודשים לניסויי מיקרוסקופיה.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<i>Einat Sadot</i>	חוקרת במכון למדעי הצמח	דר' עינת שדות
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית