

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא)
יחידה מזמינה:	סניף א"ר
תאריך:	3/06/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1095080131	"N12 : 12.1 " CAPACTIVE TS"
3	1095080115	CS , PC MAIN UNIT WITH RAID"
7	1095080107	"N15: 15.6" CAPACITIVE TS
1	1095080107	"N15: 15.6" CAPACITIVE TS
8	1095073391	MPM3:NIBP+TEMP+NELLCOR SPO2-3/5+LEAD ECG+IBP
9	1095073367	SIDESTREAM CO2 MODULE
4	1095073367	SIDESTREAM CO2 MODULE
6	1095073359	MPM9:NIBP+TEMP+NELLCOR SPO2-3/5+LEAD ECG
2	1095073359	MPM9:NIBP+TEMP+NELLCOR SPO2-3/5+LEAD ECG

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שם בעל הסמכות המקצועית

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

16 ביולי 2018
מספרנו: יש/2018-0342
תיק: 9-1120, 5002

לכבוד
מר גיל דר
כאן

נכבדי,

הנדון: פנימית ב' – חו"ד לרכישת מע' ניטור מודולרית

- א. חו"ד יש/2016-0567 מיום 7.11.16
- ב. חו"ד יש/2017-0371 מיום 25.9.17
- ג. דוא"ל פרופ' עמיטל מיום 15.7.18
- ד. דוא"ל דר' צימליכמן מיום 15.7.18
- ה. דוא"ל חב' בפקס מיום 15.7.18
- ו. דוא"ל פרופ' ברקנשטט מיום 16.7.18

במחלקה פנימית ב' מצויה מע' ניטור ישנה דגם SOLAR 8000M תוצרת GE מיום 16.10.2001. המערכת אינה עומדת בקריטריונים הנדרשים (ראו סימוכין ג').

בהתאם לסימוכין א' נרכשה מערכת מרכזית מודולרית עדכנית העונה לכל הפרמטרים הפיזיולוגיים הנדרשים לניטור החולים עבור פנימית א'.

מערכת זו הותקנה לאחרונה ובכך צורפה מח' פנימית א' לשאר הפנימיות בהן מותקנת מערכת ניטור מודולרית מרכזית.

בסימוכין מתואר הצורך והחשיבות שבאחידות מערכות הניטור בכל הפנימיות.

פנימית ב' הינה המחלקה היחידה בפנימיות שטרם הותקנה בה מע' ניטור מודולרית מרכזית.

בהמשך לסימוכין ובבירור עם פרופ' עמיטל מיום 15.7.18, הבהיר כי הוא מחייב קיום מערכת ניטור מרכזית מודולרית בדומה לכל הפנימיות ומבקש לממש מערכת זהה לקיימת בפנימית א'. רצ"ב הזמנה מס' 11810126 אותה יש לממש ואשר אושרה ע"י חב' בפקס בסימוכין ה' שהינה בתוקף.

יש לממש המערכת המוצעת בהתאם לסימוכין א' ולראות ביצרן MINDRAY ספק בלעדי לרכישה זו מחטעמים המפורטים בסימוכין.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: פרופ' ה. עמיטל
דר' א. צימליכמן
פרופ' א. אפק
פרופ' א. גרוסמן
פרופ' ח. ברקנשטט
דר' א. פסח