

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(נמ"ר) אית קי"ח ש"מ
יחידה מזמינה:	מכין פ"ק
תאריך:	14.04.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשנאם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095082525	VIVID E95 V202


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$125,523 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

10 באפריל 2019
מספרנו: יש/2019-0127
תיק: 7006, 1125

לכבוד
ד"ר דנה פוריי
כאן

הנדון: מכון הלב/שרות קרדיואונקולוגי – חו"ד לרכישת מערכת אקו קלינית ומחקרית

- א. מכרז מצ/11799378
- ב. דוא"ל ד"ר פוריי מיום 10.2.19
- ג. דוא"ל מערכות מידע מיום 28.3.19
- ד. דוא"ל ד"ר פוריי מיום 2.4.19
- ה. דוא"ל ד"ר פוריי מיום 10.4.19

1. בסימוכין א' הוגשו הצעות היצרנים הבאים:
 - א. הצעת חבי סימנס לדגם ACUSON-SC2000 – באמצעות חבי נבו-מדיקל.
 - ב. הצעת חבי GE לדגם VIVID E95 – באמצעות חבי אלדן.
 2. בסימוכין ב' ניתנה הבהרה של חוסר שביעות רצון מוחלטת מהמכשיר שנרכש (מתוצרת סימנס).
 3. בסימוכין ג' ניתן אישור מערכות מידע לדגם מתוצרת GE.
 4. בסימוכין ד' ניתן אישור ד"ר פוריי לדרישות המקצועיות שחועברו לעיונה ולאישורה ביום 21.3.19.
רצ"ב הצעת חבי אלדן לרכישת דגם VIVID E95 תוצרת GE העונה לדרישות המקצועיות (שבסימוכין ד').
לנוכח העובדה כי קיימים שני יצרנים פוטנציאליים כאשר אחד נפסל לאחר שימוש במכשיר בפועל (חבי סימנס), הופך הדגם מתוצרת GE לדגם היחיד העונה לנדרש בהתאם לסימוכין.
יש לממש הרכישה בהתאם להצעה הרצ"ב על כל מרכיביה.
תינתן תקופת אחריות כמקובל במוסד של 24 החודשים לפחות.
- ספרות הפעלה ושרות יכללו בחזמנה כמו גם השתלמות לגורם הספציפי של ביה"ח ולגורמים הקליניים ככל שנדרש.

יש להעביר חוות הדעת למח' הרכש למימוש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: פרופ' ע. שגב
פרופ' ד. פריימרק
ד"ר י. שדמי
מח' רכש