

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רפ"ל פ' חקלאות חס' ע' (מחויב ל- 2011)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מספר הספק
מספר הספק	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:
אומדן / שווי ההתקשרות:	תקופת ההתקשרות
1773 - 590036195	ספק יחיד X ספק חוץ _____
49051 \$ + 181	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

18 ביוני 2012
מספרנו: יש/2012-0223
תיק: 5-1120, 4004

לכבוד
מר אריה שלומוב
כאן

נכבדתי,

הנדון: אגף יולדות/חדר לידה – חוו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

דוא"ל פרופ' רוטשטיין מיום 17.5.12

בהמשך לסימוכין ניתן אישור לרכוש מוניטור מיילדות בכמות 2 יח'.

מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ דם לא חודרני של היולדת (האם).

מדובר במוניטור דגם AVALON FM20 תוצרת חבי PHILIPS מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS (OBTV), המצויה במערך המיילדות לתיעוד, לאיסוף ולאיחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית.

מוניטור זה מאפשר ניטור עובר יחיד וניטור תאומים באמצעות תוספת מתמר אולטראסאונד על פי הנדרש. אין ספציפיות בדגם זה לניטור תאומים, כל שנדרש הינו תוספת של המתמר בלבד.

לצורך הרכישה מומלץ לממש הצעת מחיר A1205466, מיום 15.5.12, על כל סעיפיה, כאשר:

פריט 1 – המוניטור הכולל ניטור עובר חיצוני, מתמר אולטראסאונד, מתמר טוקו.

פריט 2 – דופק היולדת.

פריט 3 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית.

פריט 4 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

פריט 5 – ניטור תאומים.

פריטים 6+7 מתלה קיר למוניטור.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

העתקים : דר' דינה נוף
מר ברונו לביא