

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
רפ"ע ג' לטורג' וסלניס ע"מ	
כ"א - ח"ה	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין X

שם הספק:	א"י סלניס ע"מ
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה):	1012 - 5119483194
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 13056 \$ 112
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 ביוני 2012
מספרנו: יש/0208-2012
תיק: 1015, 1141

לכבוד
ד"ר דינה נוף
מר אריה שלומוב
כאן

נכבדיי,

הנדון: ח.ג. לב מבוגרים -
חו"ד לרכישת מערכת מסורים נטענים לפתיחת חזה (Sternum Saws)

תכתובת מיום 15.8.2012

1. בחדר ניתוח לב מבוגרים קיימת כמות של 7 יח' מדגם 4207. כמות של 4 יח' מצויה בתיקון. בבדיקת הסיבות לתקלות נמסר מחב' STRYKER יצרן המכשירים כי מדובר בבלאי ובטמפי עיקור גבוהה (דגם 4207 מצוי בשימוש 7-8 שנים).
2. עקב המחסור ב-ח.ג. מרכזי, הועברה כמות של 4 יח' מחדר ניתוח לב ילדים, בו קיימת כמות של 8 יח' מדגם 6207, שהינו הדגם האחרון של היצרן. מדובר, איפוא, במערכת תוצרת STRYKER הפועלת לשביעות רצון מלאה של המשתמשים (מעי מתוצרת AESCULAP שנבדקה נמצאה שאינה מתאימה לשימוש בחדרי הניתוח בהיבטים הבאים: עוצמת חיתוך, גודל מסורים, נוחות וקלות השימוש).
3. על מנת להשלים כמות המסורים הנדרשת עקב היקף פעילות של כ-700 ניתוחים לשנה (היקף הפעילות בלב ילדים הינו כ-220 ניתוחים לשנה), הוחלט על רכישת כמות של 2 יח' מיידית. מומלץ, איפוא, לממש רכישת הפריטים הבאים:
 - א. ידית הנעה STERNUM SAW לפתיחת סטרנום, בכמות 2 יח', מק"ט יצרן 6207000000.
 - ב. מגן מסור בכמות 2 יח', מק"ט יצרן 4107008000.
 - ג. סוללה נטענת קטנה בכמות 2 יח', מק"ט יצרן 6212000000.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



ודינת ישכאל
זשרד בריאות
מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
זסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
נל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

לנוכח הנ"ל ניתן לראות בחב' STRYKER ונציגותה המקומית חב' אמי טכנולוגיות, ספק בלעדי לרכישה וזו על כל המשתמע מכך.

הצעת המחיר למימוש ברשותכם.

הבהרות

א. הועברו הנחיות היצרן STRYKER לעיקור המיכשור לאספקה סטרילית (מח' שע"מ), כדי שתהיה הקפדה על הליך העיקור למניעת תקלות מיותרות.

ב. לנוכח מכתבי חב' אמי טכנולוגיות, ארבעת המסוכים התקולים לא יתוקנו עקב עלות גבוהה ואורך-חיים מוגבל של עד-חצי שנה.

ג. אחריות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין

העתקים : פרופ' א. רענני
גבי פ. הרה