

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

רכוש אג"ש אג"ש	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין     שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	הן"ל
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	511649449 - 9901
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	7817" \$ 903,100
תקופת ההתקשרות	





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

24 ביוני 2012  
מספרנו: יש/2012-0230  
תיק: 1225-1, 7007

לכבוד  
מר אריה שלומוב  
כאן

נכבדתי,

הנדון: המכון ההמטולוגי – חו"ד לרכישת אנלייזר גנטי

מכתב דר' נינט' אמריליו מיום 5.6.12

פנייתכם מיום 19.6.12

מכתב דר' אמריליו מיום 19.6.12, 22.6.12

1. במכון ההמטולוגי מצוי אנלייזר כימי דגם Prism 3100 AVANT, שנקלט במעבדה ביום 10.12.2003 (מס' סד' 1591-014). המכשיר מתוצרת ABI ונרכש לאחר פעילות מקיפה ומאוד יסודית של ד"ר פלג ופרופ' ברקאי, שהיתה מרכיב מאוד חשוב ודומיננטי ברכישת אנלייזרים גנטיים (SEQUNCER ו-R.T. PCR מתוצרת ABI למעבדות רבות בביה"ח).

2. נציגות היצרן הועברה החל מיום 1.1.2012 מחב' אגנטק לחב' רניום, המשמשת כנציגת חב' Invitrogen, אשר רכשה את חב' ABI.

חב' רניום הבהירה כי סידרת 3100 הוכרזה ע"י היצרן כ-END OF LIFE ובמהלך שנת 2012 תופסק התמיכה בסידרה זו.

סידרה 3130 גם היא בתוך שנה וחצי שנתיים תוכרז כ-END OF LIFE ותישאר ללא תמיכה.

לפיכך הובהר כי הסידרה העדכנית המוצעת הינה 3500, הכוללת דגם עם 8 קפילרות ודגם XL עם 24 קפילרות.

הערה:

מח' השרות של חב' רניום הציעה לשדרג את סידרת 3100 לסידרת 3130. מח' המכירות בחברה לא ממליצה על כך עקב מוגבלות התמיכה בסידרה 3130, ומאחר ועלות השידרוג מהווה כמחצית מעלות רכישת דגם עדכני חדש אם לוקחים בחשבון את עיסקת ה-Trade-in המוצעת.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

3. בסימוכין א' מבהירה דר' אמריליו כי המצלמה בדגם AVANT 3100 הפסיקה פעילותה ומחייבת החלפתה.  
מאחר ועלות החלפתה גבוהה (כ-47,020 ש"ח כולל מע"מ) ומאחר ובתוך מס' חודשים כאמור דגם זה יישאר ללא תמיכה, אין כל הגיון כלכלי בהשקעה הנדרשת.
  4. בסימוכין ג' מבהירה דר' אמריליו הנימוקים להיות בחב' ABI ספק בלעדי ולכן יש להחליף הדגם הלקוי בדגם חדש, כאשר הדגש הינו כאמור שמירה על אחידות היצרן. נימוקיה קבילים ומקובלים.
- להדגיש כי יש חשיבות רבה באחידות המיכשור עקב יכולת הגיבוי בין המכון הגנטי למכון ההמטולוגי כפי שמתרחש בשבועות האחרונים.

רצ"ב-הצעת מחיר-מס' 158567-מיום 6.6.2012, של חב' רניוס-אותה-מומלץ-לממש-על-כל-סעיפיה (נדרשות 2 התוכנות).

### הבהרה

המכשיר בהמטולוגיה משמש גם את הפתולוגיה וגם את מכון ההמופליה. והקרישה ולפיכך יש לכלול בהזמנה תוספת של 5 עותקים של שתי התוכנות שיותקנו ב-5 עמדות עבודה (אנליזה) כמפורט בסימוכין ג'.

מומלץ לממש רכישת דגם חלופי חדש מחב' ABI, בהתאם לבקשת דר' אמריליו תוך תשומת הלב להבהרה הנ"ל.

ניתן לראות, לנוכח הדרישה הלגיטימית של הנהלת המכון ההמטולוגי, את חב' ABI ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים, כאשר הוא מגובה ע"י היצרן, וכן ספרות הפעלה ושרות.

### הבהרה

הדגש הינו לקבלת תקופת אחריות מהיצרן מאחר וחב' רניוס הבהירה כי קיימת בעיה של מתן תקופת אחריות ללא גיבוי יצרן (בעת הדיון לגבי מחויבותה למיכשור המצוי עדיין באחריות עקב המעבר מאגנטק אליה).

להדגיש שהלייזר במכשיר ייכלל באחריות הניתנת לכל אורכה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה נוף  
דר' נינט אמריליו