

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_    
 קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

שירותי תחזוקה וטיפול בציוד רפואי מס' 14 (נסק"ם) 9

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין     שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	511769101 - 7761
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	160,000 "למזל"
תקופת ההתקשרות	



## אגף הדימות

י"ג תמוז, תשע"ב  
3 יולי, 2012

לכבוד  
ועדת רכישות  
נמרכז הרפואי  
כאן.

נכבדי,

### הנדון: שדרוג חדר אנגיו 14, ושיקופים 9 מתוצרת סימנס.

בהמשך לעליה בדרישה לביצוע בדיקות של אנגיוגרפיות אבחוניות וטיפוליות, החליטה הנהלת ביה"ח לשדרג את חדר האנגיו מספר 14, וחדר שיקופים מספר 9. להלן התוכנית:

1. הציוד הקיים המותקן בחדר שיקופים מספר 9 הינו מתוצרת חברת סימנס מדגם POLYSTAR שהותקן בשנת 1998. חברת סימנס הכריזה על יציאתו משרות, שפרושו מחסור בחלקי חילוף. זה חדר השיקופים האחרון שנשאר בארץ, היו בבתי חולים מספר מערכות כאלו שפורקו מזמן.
2. הציוד הנ"ל יפורק ע"י חברת סימנס ישראל.
3. בחדר מספר 11 המצוי ביחידה לרדיולוגיה פולשנית ציוד סימנס מדגם DMP, זאת מערכת מסוג MULTIPURPOSE שקיבלה תוכנות אנגיו. הציוד הזה יפורק ויותקן בחדר מספר 9 לצרכי שיקוף בלבד.
4. בחדר אנגיו קיים בחדר 14 תוסף אפשרות לביצוע פעולות בתלת מימד כולל תחנת עבודה לעיבוד התמונות. תכונה זאת הפכה להיות חלק מביצוע הבדיקה בצורה מיטבית בארץ ובעולם.
5. מצ"ב הצעת מחיר על סך של 160,000 יורו שנבנתה ונבחנה עם רופאי היחידה לרדיולוגיה פולשנית.
6. יש לראות במציעה חברת סימנס ספק יחיד לצורך השירוג של הציוד היות וחברה זאת הינה יצרנית הציוד, ורק היא יכולה לפרקו ולהתקינו בחדר אחר. אין חברה מתחרה שיכולה לספק ציוד משלים כמו תלת מימד לחדר 14, ורק חברת סימנס יכולה להשלים הסכם שידרוג החדרים לציוד מתוצרתה כמתואר לעי"ל.

אודה על אישורכם,

בברכה,



יוסי ורד  
רנטגנאי ראשי

העתקים:  
ד"ר א. קונן  
ד"ר א. רימון