

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רכש
יחידה מזמינה:	חדר ניתוח פה ולסת
תאריך:	11.07.2012

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

מסורים לשימוש בחדר ניתוח פה ולסת

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

 X טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	א.מ.י טכנולוגיות
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	<u> X </u> ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	55,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות	

L CENTER
ersity
AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387
17 בנובמבר 2011
מספרנו: יש/2011-0440
תיק: 1017, 1141

לכבוד
ד"ר דינה נוף
מר אריה שלומוב
כ א נ
נכבדיי,

הנדון: המחלקה לכירורגיית פה ולסת -
חו"יד לרכישת משורים ממונעים זעירים

פנייתך לרכש מיום 13.11.11

בשימוש פה ולסת שתי מערכות קידוח וניסור כירורגי תוצרת STRYKER.

ד"ר רן יהלום מבקש להוסיף שני סוגי משורים זעירים עבור כל אחת משתי המערכות:

- א. משור רציפרוקלי - לביצוע חתכים אנכיים בעצמות הפנים וחיתוכים עדינים בתוך חללי הגולגולת כגון ארובת העין ואזורים עמוקים בחלל הפה.
- ב. משור אוסצילרי לקצירת עצם וביצוע הפרדת עצמות באזורים מסוכנים (גולגולת, בסיס הגולגולת).

1096046350
~~1096046350~~
1096046368

מומלץ לממש רכישת שני סוגי המסורים הנ"ל, בכמות 2 יח' מכל סוג, עבור כל אחת משתי המערכות הקיימות.

מדובר בתוספת למערכות קיימות שכן כדי להפעיל המסורים קיים צורך לחברם ליח' ההנעה שבכל אחת מהמערכות הקיימות.

לנוכח הנ"ל, ניתן לראות את היצרן STRYKER, ספק בלעדי לרכישה מאחר וחובה לחבר למערכת קיימת ציוד מיצרן המערכת.

תינתן אחריות למשך 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: ד"ר רן יהלום