

החלטת ועדת מכרזים לסיווג התקשרות

הוועדה התכנסה בתאריך 9/2/12 והחליטה כי לאור הנימוקים שהוצגו לפנייה:

היחידה המזמינה	<u>מט' ועדה/מכרז</u>	<u>42824</u>
נושא התקשרות	<u>מכרז ארטי</u>	<u>FRCS CANTO</u>
שווי התקשרות	<u>\$</u>	<u>30,682</u>

סיווג רכישת: מתכלה מכשור קבוע תרופות שירות

לבצע את הרכישה בדרך של מכרז פומבי רגיל.
 מכרז סגור 4 (2).

תוצאת מכרז לפי סיווג: פומבי \ סגור

- 1(ג) עם שלב מיון מוקדם 19(ג) מכרז ממוכן
 1(ד) עם בחינה דו שלבית 19(ד) מכרז ממוכן מתפתח
 17(ה) עם הלך תחרותי נוסף 19(ה) מכרז ממוכן מחיר
 17(ו) מכרז מסוגר

בפסור ממכרז ע"פ תקנת:

- 3 (13) א - תרופות, נסויבים או תרכיבים שהינם "חד"יים.
 3 (29) ב - ספק יחיד. ספק: הקאנטו דיאטעטיק.
 3 (א) - מילוש זכות בריחה. ספק: _____ מתאריך: _____
 3 (4) ב (2) - התקשרות המשך ספק: _____ מתאריך: _____
 3 (5) - חברה ממשלתית.

תוצאת מכרז עם מר"מ פומבי \ סגור

- 7 (א) 1 - התקשרות לביצוע מיום בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת.
 7 (א) 2 - התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות, ציוד רפואי, תרופות ניסויבים.

חערות: 15 מתוך 15 השאלות הועלו.




חתימת המאשרים: _____
יו"סי שחר _____
עו"ד רוז פרזי _____
שמואל צמור _____
רמי תנעמי _____
מייכל ארליאלי _____



אישור פרוסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	מ"ר אילנה גולדברג	מס' ועודד :	12884
מחוז הרפואה :	פ"ת א"ת		
שכום הרפואה מטבע ספק :	30682	עודד נשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	גולדברג		

הוועדה התכנסה מתאריך 12/11 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באחד האינטרנט לקבלת השעות על פי תקנה 3. (29)

 שמואל עשכול	 עו"ד רוט פרל	 יוסי שחר	חתימת המאשרים :
	מ"ר גולדברג	מ"ר תענמי	

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

5 ביוני 2012
סימנכין: 06-06

לכבוד
וועדת רכישות
באג

הנדון: שדרוג מכשיר FACS CANTO במעבדת המטולוגיה

מדובר בשדרוג מכשיר FLOW CYTOMETER דגם FACS CANTO II מס' 04228, תוצרת תבי, מדובר בBECKTON DICKINSON, (ספק בקטלאה). למכשיר הנייל יש שני לייזרים ויש צורך לשדרג אותו על ידי התקנת לייזר שלישי בצבע סגול בגלל שתפודטוקוללים החדישים להמטולוגיה דורשים מכשיר עם 8 צבעים, שניים מתוכם מהלייזר הסגול.

לייזר זה, תוצרת תבי, BECKTON DICKINSON הוא רכיב ייחודי, ספציפי למכשיר, בצבע סגול- אורד גל 405 חת.

מבדיקה שערכנו (התייעצות עם מומחים בנושא ושיחת עם ספקים) מתברר שתברת בקטלאה היא היחידה שיכולה לשדרג את המכשיר כמתואר למעלה. מדובר בצירד ייחודי, ולכן לאור נתונים אלה, יש לדאוג בחברת קטלאה (הנציגה הרשמית של היצרן בארץ) ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

לנהאיסמן
ראש צוות פיקצית ומעבדות רפואיות
מחלקת הנדסה רפואית