






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוצענית : <u>מגבית, גיינולטי קליני</u>	מס' ועדה : <u>12919</u>
מחות חתימה : <u>אסתר אלפאליצ'בייט מני ארליש-דורתיים</u>	
זיכוי ראשי (אנטי סטייפ) : <u>סכום הרכישה מטבע ספק : 115000.00 ש"ח עדד בשקלים :</u>	
ספק פוטנציאלי : <u>א.א.ס</u>	

חוועדה התכנסה בתאריך 6/12/22 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורים

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השנות על פי תקנה 3 (29)

 שמואל עזר	 עויד רות פרל	 יהונתן שחר
		חתימת המאשרים :
		דמי תעמול

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

24 ביוני 2012

סימבוכן: 20-06

לכבוד
וועדת רכישות
בא

הנדון: רכישת מערכת אלקטרופורזה חצי אוטומטית עבור מעבדת אימונולוגיה

במעבדת אימונולוגיה יש מערכת אלקטרופורזה דגם HYDRASYSI תוצרת חברי SEBIA (ספק אילקס) המשמשת למספר רב של בדיקות רוטיניות כאשר חלק גדול מהן (מאות בשנה) לצורך מעקב וטיפול במספר רב של מטופלים, חלקם במשך זמן ממושך (כ 12 שנים).

בנוסף לכלל הבדיקות שמבוצעות חייבים, המעבדה נדרשת לבצע בדיקה בעלת רגישות גבוהה יותר בעקבות דרישות ה- Guideline העולמי לאבחון מחלת Multiple Sclerosis. הבדיקה הנדרשת לכך היא CSF ISOCUSING במתח גבוה. כמו כן, יש צורך בטיפול הרזולוציה והאוטומציה וביצוע סט רחב יותר של בדיקות אלקטרופורזה נוספות. מחסיבות האלה נדרשת החלפת המערכת הקיימת במערכת חדשה ומשופרת, חצי אוטומטית להפרדה, צביעה, יבוש, סריקה ועיסוד ממוחשב של גילים.

היות ויש צורך בהמשך מעקב וטיפול במספר רב של מטופלים, המערכת החדשה צריכה להיות בעלת סכנותולוגיה זחה (נשיטה, ריאגנטים, עיבוד הדגימות בתמרה ובתכונה, אלגוריתמים) כדי לאפשר המשך מעקב, טיפולים ומחקרים בתנאים זהים, בשיטה שאומצה בבדיקה ועם אפשרות השוואת תוצאות במשך הזמן.

בנוסף לכך, במעבדת המטולוגיה קיימת מערכת נוספת בעלת סכנותולוגיה זהה (כמתואר למעלה) לכדיקות המשך עבור חלק מהבדיקות שמבוצעות במעבדת אימונולוגיה. היות שמדובר בבדיקות המשך, יש צורך בטכנולוגיה זהה כדי שערכי הבדיקות בשתי המערכות יהיו זהים ותוצאותיהם עקביות.

נדרשת מערכת עם אישור אמ"ר.
מבדיקות שערכנו (התיעצות עם מומחים בנושא, שיות עם ספקים וחיפוש באינטרנט), מתברר שרק לחבר' אילקס (הנציג הרשמי של היצרן בארץ) ישנה מערכת ייחודית העונה לדרישות המעבדה המפורטות למעלה. מערכת זאת הנה דגם HYDRASYSI2 –תוצרת חברי SEBIA. למיטב דעתי המקצועית, מדובר בציד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחבר' אילקס ספק יחיד למסרת זה.

למערכת אישור אמ"ר כנדרש.

בברכה,

לנה ויסמן
ראש מרכז פנימיות ומעבדות רפואיות
מחלקת הנדסת רפואית