

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
כביש 15 גניסר ארבעה חלקים שונים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ לא _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אספקיה
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1773 - 520036195
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	84046.50 \$ + ווא
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
-------	---------------------------	------------------------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

8 באוגוסט 2012
מספרנו: יש/2012-0290
תיק: 5-1120, 4004

לכבוד
מר אריה שלומוב
כ א נ

נכבדתי,

הנדון: אגף יולדות/יולדות א' HIGH RISK – חוו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

תכתובת

בהמשך לסימוכין (פריט 7) ניתן אישור לרכוש מוניטור מיילדות בכמות 15 יח'.

מדובר במוניטור מיילדות המאפשר ניטור חיצוני של עובר יחיד ושל תאומים, כאשר ניתן בנוסף לנטר לחץ דם לא חודרני של היולדת (האם).

מדובר במוניטור דגם AVALON FM20 תוצרת חב' PHILIPS מאחר ועליו להיות מקושר למערכת המיחשוב המרכזית מתוצרת PHILIPS (OBTV), המצויה במערך המיילדות לתיעוד, לאיסוף ולאיחזור נתוני המוניטורים. הקישוריות למערכת המיחשוב המרכזית ניתנת אך ורק באמצעות מוניטורים מתוצרת PHILIPS.

המוניטור מדגם זה הינו הגירסה העדכנית של היצרן ועונה על כל הנדרש, וכולל גם כרטיס תקשורת למע' המיחשוב המרכזית.

מוניטור זה מאפשר ניטור עובר יחיד וניטור תאומים באמצעות תוספת מתמר אולטראסאונד על פי הנדרש. אין ספציפיות בדגם זה לניטור תאומים, כל שנדרש הינו תוספת של המתמר בלבד.

לצורך הרכישה מומלץ לממש הצעת מחיר 92A1114613, מיום 7.12.11, על כל סעיפיה, כאשר:

פריט 1 – המוניטור הכולל ניטור עובר חיצוני, מתמר אולטראסאונד, מתמר טוקו.

פריט 2 – כרטיס תקשורת למערכת תיעוד מרכזית.

פריט 3 – ניטור תאומים.

פריט 4 – דופק היולדת.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



גדינת ישראל
זשרד בריאות
זמרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
זסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
זאוניברסיטת תל-אביב
זל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

פריט 5 – לחצן לשימוש היולדת להודעה על קיום צירים

פריטים 6+7 מתלה קיר למוניטור.

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

העתקים : ד"ר דינה נוף