






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה:	גל צ'ס	מס' ועדה:	12922
מחוז הרכישה:	4.5	עוד נשקלים:	115000 ₪
סכום הרכישה מטבע ספק:	115000 ₪	ספק פוטנציאלי:	מטעני

חוועדה התכנסת במאריך 21.8.12 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באחר האוניברסיט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:

		
שמעאל בנ-דביר	עידית רוטמן פור	רמני תנעבני
		מנכ"ל ארומילי

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל : 03-6973208  
פקס : 03-6973440

29 ביולי 2012  
סימוכין : 10-07

לכבוד  
ועדת רכישות  
באן

שלום רב,

### הנדון: רכישת מכשיר אולטראסאונד עבור המחלקה לכירורגית כללי דם

חמחלקה שבנדון, מבקשת לרכוש מכשיר אולטראסאונד לבדיקות כלי דם. לאחר בדיקות והדגמות בפועל במחלקה של מספר מכשירים, מתברר שהמכשיר מדגם IU22 מתוצרת חברי PHILIPS הנו יחודי לדיסציפלינה הנ"ל בדומה ליחודיותו לדיסציפלינות אחרות כמו רדיולוגיה ואן קרדיולוגיה.

במקרה הווסקולרי, נעשה שמוש במתמר רב גבישי העובד בטכנולוגית PUREWAVE CRYSTAL, המאפשר חדירות גבוהה לרקמה ומציג תגובה חדה בחירה ואחידה בשדה הקרוב והרחוק ( ללא תלות בעומק ).

למערכת גם תוכנות יחודיות לעיבוד נתוני התמונה במעבר דרך רקמות שומניות והדגמת כוון, זווית ומתחירות ורימת חדם בכלי חדם באופן אוטמטי ( COLOR STEERING ). תכונות אלו מאפשרות קבלת תמונה בהירה ומדויקת של זרימות חדם גם בחולים מורכבים ומקלים לקבל דיאגנוזה מדויקת לפני ניתוחים.

לאור נתונים אלו ממליץ לראות במכשיר האולטראסאונד מדגם IU-22 תוצרת חברי PHILIPS ציוד יחודי ובחבי מדטבניקה, נציגתו הבלעדית של היצרן בארץ – ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנסין ויינטראוב  
מנהל מחלקת הנדסה רפואית

