

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

631 יוניק

ספק יחיד X ספק חוץ _____

\$ 63.000.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 בספטמבר 2012
מספרנו: יש/2012-0331
תיק: 1141, 1016

לכבוד
מר אריה שלומוב
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: ח.ג. נוירו - חו"ד לרכישת מקדחות לחורי קידוח בגולגולת

- א. פנייתך מיום 17.7.12
- ב. מכתב פרופ' הדני מיום 29.8.12
- ג. הצעת חב' מדטרוניק מיום 4.9.12

1. בשימוש ח.ג. נוירוכירורגי המקדחות הבאות:

א. דגם GB-100 תוצרת AESCULAP - בכמות 9 יח'.

ב. דגם PM-100 תוצרת MEDTRONIC - בכמות 7 יח'.

דגם GB-100 מתוצרת AESCULAP הינו דגם מיושן, שאמנם מתפקד אך ביצועיו ירודים בהשוואה לדגם החדש יותר מתוצרת MEDTRONIC המצוי בשימוש בעיקר במומנט ובסוג הסכינים המחייבים השחזה - טכנולוגיה שאינה קיימת עוד.

כתחליף לדגם זה מבקש פרופ' הדני בסימוכין ב' לרכוש כמות של 7 יח' של מיכשור חדש ומודרני שיאפשר פעילות קלה, נוחה, הן בהפעלה והן מהיבט תחזוקה ברמת השימוש.

להבהיר כי השימוש במקדחות הנדרשות מחייב רכישת Attachment, הכוללים אביזרים שונים לעייש ולגולגולת, מובילים ולהבים/סכינים בגדלים שונים.

לחב' MEDTRONIC דגם חדש MR-7, בו המומנט גבוה מהמומנט הקיים בדגם המצוי בשימוש (PM-100) ועומד על ערך של 72Neuton (במקום 45N), כך שיעילותו ונוחות העבודה בו גבוהה יותר.

לכל מכשיר נדרש לרכוש Attachment שעלותו כ-18,000\$ - עלות שאינה נדרשת ברכישת הדגם החדש, מאחר ובשימוש ח.ג. נוירו כל ה-Attachment הנדרש. קיימת זהות מוחלטת בין דגם PM-100 הקיים לדגם MR-7 החדש.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

פרופ' הדני בסימוכין מבהיר כי מנקודת מבט הצוות לאחידות הציוד משמעות רבה, הן מהיבט תפעולי והן במניעת טעויות, עקב שוני בין דגמים שונים לייעוד זהה.

מהיבט כלכלי ברור כי לרכישת מקדחה בלבד יתרון משמעותי בהשוואה לצורך ברכישת Attachment לכל מקדחה (ראה סימוכין ב' - חסכון של כ-126,000\$).

לנוכח הנ"ל מומלץ לממש הדגם המוצע ע"י חב' MEDTRONIC (דגם MR-7), בהתאם להצעת המחיר הרצ"ב (רכישת 7 יח' בעלות של 5 יח').

ניתן מטעמי אחידות המיכשור (קלות ונוחות בשימוש), וכל המשתמע מכך, לראות את חב' מדטרוניק ספק בלעדי לרכישה, על כל המשתמע מכך.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה למקדחות.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

הבהרה: פרופ' הדני הבהיר חד משמעית בסימוכין ב' כי המוצר מתוצרת AESCULAP, דגם HILAN PERFORMATOR נבדק מעשית ונמצא מסורבל כך שאינו תואם את הנדרש.

קיימים 2 יצרנים בלבד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: פרופ' מ. הדני