

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

<p>5LX _____ מילרס ארצות</p>

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

שם הספק:	720
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	557410149 - 1859
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	14875 \$ + 481
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

א	ב	ג	ד	ה

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
אריה נסרתי	ד"ר אריה נסרתי	אריה נסרתי



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

19 בספטמבר 2012
מספרנו: יש/2012-0340
תיק: 1115, 4503

לכבוד
מר אריה שלומוב
כאן
נכבדי,

הנדון: מת' פגים ויונקים – חוו"ד לשידרוג מנשמים מתוצרת חב' SLE

בשימוש הפגייה כמות של 11 מנשמים דגם 5000 תוצרת SLE בחלוקה הבאה:

X7 יח' מסידרה A – שנת רכישה 2005.

X4 יח' מסידרה G – שנת רכישה 2009.

על מנת לאפשר יתר בהירות בשימוש בקביעת TV (Tidel Volume) (נפח נשימה), הקרוי TTV PLUS (Target Tidel Volume Plus), נדרש לבצע שידרוג לתוכנה קיימת.

בפועל בוצע שידרוג למכשיר אחד מסידרה G והתוצאות משביעות רצון.

לפיכך מבקש דר' מזכרת לשדרג כל הכמות הקיימת.

רצ"ב הצעת חב' טבע מדיקל לשידרוג כדלקמן:

א. עבור סידרה A מימוש פריט 2 בהצעה בכמות הרשומה.

ב. עבור סידרה G מימוש פריט 1 בהצעה בכמות הרשומה.

מאחר ומדובר בשידרוג של יצרן המנשם, חב' SLE, נדרש לממש השידרוג מיצרן זה בלבד ולפיכך ניתן לראותו ספק בלעדי לרכישה.

למען הסר ספק לא ניתן לממש השידרוג מיצרן חלופי זולת חב' SLE יצרן המנשמים.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים לשידרוג.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לרט: תכתובת+הצעת מחיר