



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

26 ביוני 2012
מספרנו: יש/2012-0233
תיק: 9-1120, 5001

ש.ש.ש.

ה/3/א

דפני גל
א.מ.ר. קרום
ס.ה.ל.

3, 3
מ.ש.ל.
3/3/25

לכבוד
מר אריה שלומוב
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: פנימית א' - חו"ד לרכישת תחנת אחות תוצרת GE

בפנימית א' קיימת מע' ניטור תוצרת GE אשר הועברה ממכון הלב.

מע' הניטור כוללת תחנה דגם CIC/APEX, מס' סד' M13F0910G, אשר ביום 24.6.2012, קרסה עקב בלאי בכרטיס האם (Mother Board), אשר לא ניתן לתיקון ואשר לא ניתן לרכישה מאחר ומדובר בתחנה בעלת ותק של 11 שנים.

רצ"ב הצעת חב' לבנט לתחנה חדשה דגם CIC הכוללת:

- תחנת אחות עם מחשב (ללא מסך).

- 8 רשיונות עבור 8 מוניטורים מסוג BED-SIDE.

- 2 תוכנות, לניהול מטופלים (Patient Management) ולמעקב על פרמטרים המודינמיים.

- זיכוי עבור התחנה התקולה.

מאחר ומדובר במערכת מתוצרת GE, מחוייב לרכוש התחנה החדשה מיצרן זה, על מנת לאפשר חיבורה לכל המוניטורים שבמחלקה. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר תחנה מיצרן חלופי למוניטורים מסוג BED-SIDE מתוצרת GE המצויינים בתחנה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מאחר וקיימות בביה"ח עוד 8 תחנות דומות, מומלץ לסכם עם חב' לבנט על רכישת כמות של 2 יח', כאשר היחידה הנוספת תשמש לגיבוי במקרה של קריסת אחת התחנות הנ"ל. (בפנימית ו' היתה קריסה לפני שבועות ספורים עקב חוסר בחלקי חילוף).

יש להכין גיבוי כדי למנוע הישנות המצב הקיים בפנימית א'.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר

העתקים : דר' א. שמיס
דר' ד. נוף
דר' ח. יונת
מר ב. לביא