

**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	הלל יפה חדרה, מעבדה מיקרוביולוגית
תאריך:	18/6/12

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
רכישת מערכת ALFRED לזיהוי מהיר של צמיחת חחידקים פתוגנים בתרביות שתן, ובתרבויות מנוזלי גוף
כגון תרביות דם

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	NEOTEC מחשוב מדעי בע"מ נציגת חברת ALIFAX איטליה
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	512762105
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	990,000 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	1.8.2012-1.8.2019

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. **נימוקים והערות נוספות**

מערכת <b>ALFRED</b> מיועדת לזיהוי מהיר של צמיחת חיידקים פתוגנים בתרביות שתן ותרביות נוזלי גוף כגון תרביות דם. מערכת זו מהווה שינוי כל קונספט העבודה במעבדה המיקרוביולוגית.
המערכת הינה מערכת ייחודית המוגנת בפטנטים. ייחודה של המערכת היא הטכנולוגיה, ומהירות הביצוע, בהשוואה לשיטות הבקטרילוגיה הקלאסית הנהוגות היום. כיום, לא קיימת מערכת מתחרה בארץ המבוססת על טכנולוגיה זו. המערכת מיועדת לביצוע 2 פעולות מרכזיות:
איתור נוכחות חיידקים פתוגנים בדגימות שתן ובנוזלי גוף, למעט דם.
ביצוע מבחני רגישות חיידקים לאנטיביוטיקה.
למערכת יתרון שלא קיים במערכות אחרות בארץ. קיצור זמן איתור החיידקים הפתוגנים מ 24 שעות ועד שלושה ימים בפלטות ומערכות אגר זיהוי אחרות ל 3 שעות בלבד. כמו כן המערכת מבצעת דיטקציה קינטיית בלייזר, טכנולוגיה שאינה קיימת נכון להיום אצל מתחרים.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית, מנהל מערך המעבדות והרוקחות	ד"ר שרית פרימן, ד"ר איל שורצברג
<b>חתימה</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>