



| | |
|--|-----------------------|
| שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ | |
| פרק ראשי: התקשרויות ורכישות | מספר הוראה: 7.8.2 |
| פרק משני: פטור ממכרז | מספר טופס: ט. 7.8.2.1 |

| | |
|---------------|---------------------|
| משרד: | |
| יחידה מזמינה: | מעבדה מיקרוביולוגית |
| תאריך: | 3.10.12 |

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

| |
|---|
| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) |
| שדרוג מכשיר BACTEC 9240 למכשיר BACTEC FX. |
| |
| |
| |
| |

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|------------------------------------|---|
| שם הספק: | בקטלאב |
| מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה) | 511563744 |
| ספק זה הנו: | <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 325000 ₪ לשנה |
| תקופת ההתקשרות: | 2.5 שנים |

244-12

לכבוד:
ועדת פטור ממכרזים

הנדון: בקשה להצטיידות במערכת מסוג BACTEC FX מתוצרת חברת BD

מערכת ה-BACTEC נמצאת בשירות המעבדה המיקרוביולוגית משנת 1997 והוכחה כמערכת מינה ביותר בתחום ניטור תרביות הדם. מערכת BACTEC FX חדשנית וייחודית הן מבחינת יחידת הניטור והן מבחינת בקבוקי התרבית.

להלן מאפיינים ייחודיים למערכת BACTEC FX המבוקשת:

1. בקבוקי התרבית בעלי מבנה המתאים ללקיחת דם בואקום ואינם מחייבים שימוש במתאמים שונים שלא כמו במערכות אחרות. הדבר מביא לתוצאות איכותיות לשביעות רצון הצוות וחשוב מכל מפחית זיהומים חיצוניים ופסילת דגימות בשל דקירות נוספות של החולה.
2. הבקבוקים מתוצרת BD מכילים רזין שהוכח כעדיף בספיחת אנטיביוטיקות לעומת בקבוקים של חברות אחרות.
3. השלב הראשון בקביעת המצאות חיידקים בבקבוק תרבית הינו צביעת גרם. הרזין בבקבוקים מאפשר קריאת המשטח במיקרוסקופ קלה וברורה.
4. במקרים של נוכחות חיידקים גרם שליליים ניתן להמשיך לעבד את הדגימות ישירות במכשיר ה-VITEK לזיהוי המיקרואורגניזמים ורגישותם לאנטיביוטיקה ומקצר את זמן מתן התשובה למחלקות.
5. זמן האינקובציה של הבקבוקים במכשיר עד לאבחנה בתרבית כחיובית (Time to detection) קצר מאשר במערכות אחרות כולל במערכת המתחרה.
6. תוצרת מערכת BACTEC FX תואמת את מגבלת המקום הקיימת במעבדה ומאפשרת הדגרה של 600 בקבוקי תרבית בו זמנית בשטח שרוחבו 124 ס"מ בלבד.
7. בניגוד למערכות אחרות ולמערכת המתחרה מערכת BACTEC FX הינה מערכת אינטואיטיבית. כלומר, הפעולה הראשונה שמתבצעת, מודיעה למכשיר מה יהיה תזרים העבודה הצפוי. מערכת ייחודית זו מונעת טעויות אפשריות על ידי המפעיל. כמו כן, מערכת זו אינה מחייבת שינוי שיטות עבודה קיימות במעבדה שבמהלכם עלולה לחול הרעה באיכות התוצאה המתקבלת.

לאור היתרונות של מערכת (BD) BACTEC FX ולאור העובדה שכיום אין בארץ מערכת העומדת בסטנדרטים של המערכת כפי שהוצגו אבקש אישור לשדרג את המערכת הקיימת למערכת BACTEC FX (BD).

בברכה,



ד"ר שרית פרימן

מנהלת מע' מיקרוביולוגית