

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
הכיר 30 ג'מלג' אל'י' ו'פח' א'ל'ח'ג' נ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	8148
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	513439994 - 19966
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	1817 \$ 67,500
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

<p>אם " חוץ " אז " יחיד " אין ותימה</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>צ'סניק בן יתרה</p>	<p>ס/ג'הם חמ' 8 חקצמה תהויו</p>
<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>
<p>חתימה</p>	<p>חתימה</p>

THE STATE OF ISRAEL
 MINISTRY OF HEALTH
 THE CHIME SHEVA MEDICAL CENTER
 Affiliated to the Tel-Aviv University
 Sackler School of Medicine
 TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
 משרד בריאות
 המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
 מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
 באוניברסיטת תל-אביב
 תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
 פקס. 972-3-5303387

10 באוקטובר 2012
 מספרנו: יש/2012-0357
 תיק: 1,5009-1-1111

לכבוד
 גבי גילי נעים
 כ א 1

נכבד,

הנדון: אונקולוגיה אשפוז - חו"ד לרכישת משאבות עירוני נפחיות מיוחדות
 בקשתך מיום 24.9.12

1. בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 30 יח.

2. מדובר במשאבת עירוני נפחית דגם PLUM A+ תוצרת HOSPIRA (מק"ט 1095061636), אשר בהשוואה למשאבות עירוני נפחיות סטנדרטיות, בבית החולים, הינה בעלת תכונות ייחודיות כדלקמן:

א. אפשרות להוציא בועות אוויר דרך הנתיב המשני, ללא צורך בפתיחת הסט (מניעת זיהומים).

ב. קיום שני ערוצי עירוני בסט בודד בעל קסטה ייחודית.

ג. התבססות על עקרון PISTON-ACTUATED DIAPHRAGM CASSETTE בהזרמת העירוני.

3. משאבת העירוני הנ"ל מחליפה את הדגם LIFE CARE 5000 הקיים בבית החולים וייצורו הופסק. סטים העירוני זהים לשני המכשירים.

בביה"ח מצויות עשרות משאבות מהסוג הנדון.

4. לאור האמור לעיל ניתן לראות ביצרן הדגם ובנציגו ספק יחיד ולממש הרכישה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים.

למכשירים שלוש שנות אחריות.

ב ב ר כ ה,

צפיר בן יהודה - MsC
 ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת