

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

צפי"י	חוץ	"	א"י	"	א"י	"	א"י

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
א"י א"י	א"י א"י	

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



ג'דינת ישראל
משרד בריאות
מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
נל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 באוקטובר 2012
מספרנו: יש/2012-0383
תיק: 4-1118, 3500

לכבוד
מר אריה שלומוב
גב' גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' עיניים -

חוו"ד לתוספת מודול לייזר למכשיר משולב לויטרקטומיה וקטרקט

פניית פרופ' מויסייב מיום 15.10.12

1. בשנת 2011 התקיים מיכרז מצפ' 010/2011 לרכישת המכשיר משולב לויטרקטומיה וקטרקט.

בהתאם לתוצאות המיכרז נרכש דגם CONSTELLATION T תוצרת חב' ALCON, בעל מס' סד' 1102033701X ונקלט ביום 11.7.2011 בח.נ. עיניים. נציגות היצרן בארץ - חב' לפידות.

הדגם אינו כולל מע' אנדו-לייזר וללא תאורת גיבוי XENON 75W.

דרישות המיכרז כללו דרישת יתרון [ג'6] להכללת מע' אנדו-לייזר. ליצרן ALCON דגם באיבזור מלא הקרוי CONSTELLATION LXT אשר הוצע למיכרז והוחלט שלא לרוכשו אלא להסתפק בדגם המאובזר חלקית, קרי - ללא לייזר וללא תאורת גיבוי.

2. בסימוכין מבקש פרופ' מויסייב להוסיף מודול לייזר למכשיר הקיים.

בח.נ. עיניים מכשיר לייזר מסוג STAND ALONE תוצרת NIDEC דגם GYC-1000, אשר נקלט בינואר 2004. המודול המבוקש נאפשר הו ג'דינת הבריאות ויבוא.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסוף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מאחר ומדובר בתוספת למכשיר קיים, מחוייב לרכוש המודול מיצרן המכשיר ALCON באמצעות נציגתו המוסמכת בארץ, חב' לפידות, וניתן לראות את היצרן ונציגתו בארץ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 36 חודשים, כולל ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוח: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: פרופ' י. מויסייב