

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

מספר יחיד

590036198 - 11064

ספק יחיד X ספק חוץ _____

11064



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 באוקטובר 2012
מספרנו: יש/2012-0368
תיק: 17-1120, 3014

לכבוד
מר אריה שלומוב
כאן

נכבדי,

הנדון: מערך ההרדמה –
חוו"ד לרכישת מוניטור נייד מודולרי להרדמת ילדים
דוא"ל דר' בירקנשטט מיום 19.9.12, 7.10.12

1. דר' ברקנשטט מבקש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 2 יח'.
ייעוד המוניטורים הינו כדלקמן:
א. הרדמת ילדים ב-EEG – פרמטרים פיזיולוגיים שנדרשים:
ECG, HR, NIBP, SpO2, RR, S.S. ETCO2, BIS
ב. הרדמת ילדים במיון ילדים או ברפואה גרעינית – פרמטרים פיזיולוגיים שנדרשים:
ECG, HR, NIBP, SpO2, RR, S.S. ETCO2
2. לצורך מימוש הנדרש ניתן לממש הרחבת מיכרז מצפ 411/2010, שכלל מוניטור מודולרי נייד עם מודול בסיסי לפרמטרים הפיזיולוגיים ECG, HR, NIBP, SpO2, RR, S.S. ETCO2. המוניטורים יכללו סוללה מובנת.
3. 2 מודולים של S.S. ETCO2 ובנוסף BIS יחיד יירכשו כתוספת בהתאם להצעת חב' מדטכניקה הרצי"ב (A1210648), אותה יש לממש על כל סעיפיה וניתן לראותה ספק בלעדי מאחר ומדובר בהשלמת מודולים.
4. תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים למוניטורים ולמודולים מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר
העתק: דר' ח. ברקנשטט