

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רפ"ר - 24 - גנרל - אצמק

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	רפ"ר
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1399 - 510658404
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	54,400 ₪ + 18%
תקופת ההתקשרות	

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



אדינת ישראל
משרד בריאות
מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
זסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
גל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 באוקטובר 2012
מספרנו: יש/0366-2012
תיק: 1111-12

לכבוד
מר אריה שלומוב
כאן

נכבדי,

הנדון: חו"ד לרכישת משאבות מזרק להרדמה טיפול נמרץ ושימוש כללי

מכתבך מיום 3.10.2012

1. בהמשך לצורך בהחלפת משאבות מזרק ישנות בביה"ח, נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 34 יח'.
 2. מדובר בדגם ASENA TIVA תוצרת ALARIS (מק"ט 1095052429), המצוי בביה"ח בכמות של מעל 300 יח'.
 3. אחידות משאבות מזרק במסגרת המחלקתית חיונית ביותר על מנת לשמור על בטיחות חולה (אחידות הפרוטוקולים למתן עירווי ואחידות צורת השימוש).
 - לאור הנ"ל ניתן לראות בדגם ASENA TIVA דגם ייחודי ובספק המכשיר (חב' דובר) ספק יחיד.
 4. מומלץ לממש הרכישה בכמות הנדרשת.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

צפריר בן יהודה - Msc
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין