

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מחות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.מ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

צ'יקו בלוי
510508260 - 1413
ספק יחיד ✓ ספק חוץ _____
155,000 י"מ + א"א

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

שלומוב אריה
יום שני 29 אוקטובר 2012 13:51
נעים גאולה
FW: ניידת צילומים בטכנולוגיית DR.
מערכות DR ניידות.htm; ניידת DR דינקו - הצעת מחיר.TIF

גילי,

בבדוק אם יש לנו כסף ואם דינקו ירדו במחיר לעת הזו נא להכניס בקשה לספק יחיד לועדת הרכישות

תודה.

From: ורד יוסף
Sent: Monday, October 29, 2012 8:01 AM
To: פרץ מירב; שלומוב אריה
Subject: DR. ניידת צילומים בטכנולוגיית

שלום רב,
בהמשך להצעת המחיר שהעבירה חברת דינקו לציוד מסוג ניידת צילומים בטכנולוגיית DR למחלקת ט.נ. פגים, מצ"ב חוות דעת של ד"ר סודק רדיולוגית מנהלת מכון הרנטגן בביה"ח לילדים שמספק שירותי דימות גם לפגים. בנוסף להלן שני היתרונות המרכזיים של טכנולוגיה זאת לעומת הטכנולוגיה הקיימת:
1. קרינה: רמות החשיפה בטכנולוגיית DR נמוכה מטכנולוגיית CR. הדבר הוכח במחקרים ובבדיקות גם בחדרי צילום קבועים. הנושא חשוב במיוחד לפגים שמצולמים בימי חייהם הראשונים מספר רב של פעמים.
2. מהירות התפעול: בטכנולוגיה DR הרופא המטפל יכול לקבל את הצילום המוגמר מייד עם ביצוע הצילום הן באמצעות תקשורת קוויית או WIRELESS. בטכנולוגיה הקיימת הרופא ממתין שהרנטגנאי יגמור לצלם, יקח הקסטות לפענוח וכל ההליך יכול להמשך שעה.

בין יצרני הציוד הרנטגני כיום רק לחברת שימדזו פלטת DR קטנה (בגודל 30X24 ס"מ) מותקנת על הניידת ומתאימה לצילום באינקובטור. לשאר החברות פלטת DR בגודל הגדול של 35X43 ס"מ, כך שמתאים לצילומי מבוגרים בלבד. אי לכך יש לראות בחברת דינקו ספק יחיד היות והיא נציגתה הבלעדית של היצרן, חברת שימדזו בישראל, ויש רק ציוד זה המתאים לצילומי ילדים.

בברכה,

יוסי ורד - Joseph Vered

רנטגנאי ראשי - Chief X-Ray Technologist
אגף הדימות - Department of Diagnostic Imaging
מרכז רפואי שיבא - Sheba Medical Center
תל השומר - 52621 - Tel Hashomer
ישראל - Israel

טלפון: 972-3-5302395

פקס: 972-3-5305728

נייד: 972-52-6666602

דוא"ל: veredjo@sheba.health.gov.il

אתר אינטרנט: <http://www.imaging.sheba.co.il>

From: פרץ מירב
Sent: Sunday, October 28, 2012 11:19 AM
To: ורד יוסף
Subject: