

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	


מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
ספק זה הינו:	אומדן / שווי ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות	

שם הספק: רפואי מספר הספק: 1773 - 101000294
 ספק זה הינו: √ ספק יחיד ספק חוץ _____
 אומדן / שווי ההתקשרות: \$ 22861 תקופת ההתקשרות: 2 חודשים



030

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 בנובמבר 2012
מספרנו: יש/0422-2012
תיק: 1120-17, 3002

לכבוד
מר אריה שלומוב
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: אגף ילדים/מח' ילדים ב' דרום -
חוו"ד לרכישת תחנה מרכזית (תחנת אחות)

א. מיכרז מצפ 138/09
ב. מכתבי יש/0360-2012 מיום 11.10.12

במח' ילדים ב' דרום קיימים מוניטורים מתוצרת פיליפס דגם MP-20 אשר נרכשו בהתאם לסימוכין.

בהתאם לסימוכין א' נרכשה כמות של 4 יח' עבור המחלקה (כמות 1 יח' קיימת משנת 2006) - סה"כ 5 יח'.
בסימוכין ב' הומלץ לממש רכישה לכמות 10 יח' כתחליף ל-APNEA MONITOR תוצרת COROMETRICS, שהינם E.O.L ויש להחליפם לאלתר באמצעות הרחבת מיכרז מצפ 411/2010.

על מנת לאפשר פעילות מסודרת, נדרשת תחנה מרכזית שמחוייבת להיות מחב' פיליפס. מדובר בתחנה מדגם M3150 המצויה בכל רחבי ביה"ח.

כמות המוניטורים הניתנים לחיבור לתחנה 16 יח', אך יש לרשת את כל מיטות המחלקה על מנת לאפשר גמישות מירבית בניטור כל החולים המאושפזים, ולפיכך נדרשת תשתית של 22 נקי (22 מיטות) וארון תקשורת.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לתחנה ולתשתית, אותה יש לראות ספק בלעדי לרכישה מהסיבות הבאות:

א. רכישת התחנה מחוייבת להיות מיצרן ה-BEDSIDE MONITOR הקיימים בפועל במחלקה (תוצרת פיליפס).

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
זסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ב. חב' מגלקום, למרות בקשות חוזרות, לא הגישה הצעה לתשתית הנדרשת, כך שחב' מדטכניקה הופכת לספק בלעדי.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה לדגם המוצע.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

אודה לטיפולך.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר