

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

819

9101007095- 19966

ספק יחיד V ספק חוץ _____

412 \$67500

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:-**

ספקי "חוץ" אינם "אנשי חברה"

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
ד"ר יוסף יוסף	סגן מנהל המחלקה הכלכלית	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

31 באוקטובר 2012
מספרנו: יש/2012-0417
תיק: 1-1111

לכבוד
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: חוו"ד לרכישת משאבות עירוני נפחיות מיוחדות
החלפת משאבות עירוני סופרי טיפות

1. בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 30 יח'.
2. מדובר במשאבת עירוני נפחית דגם PLUM A+ תוצרת HOSPIRA (מק"ט 1095061636), אשר בהשוואה למשאבות עירוני נפחיות סטנדרטיות, בבית החולים, הינה בעלת תכונות ייחודיות כדלקמן:
 - א. אפשרות להוציא בועות אוויר דרך הנתיב המשני, ללא צורך בפתיחת הסט (מניעת זיהומים).
 - ב. קיום שני ערוצי עירוני בסט בודד בעל קסטה ייחודית.
 - ג. התבססות על עקרון PISTON-ACTUATED DIAPHRAGM CASSETTE בהזרמת העירוני.
3. משאבת העירוני הנ"ל מחליפה את הדגם LIFE CARE 5000 הקיים בבית החולים וייצורו הופסק. סטים העירוני זהים לשני המכשירים. בביה"ח מצויות עשרות משאבות מהסוג הנדון.
4. לאור האמור לעיל ניתן לראות ביצרן הדגם ובנציגו ספק יחיד ולממש הרכישה על כל המשתמע מכך.

למכשירים שלוש שנות אחריות.

בברכה,

צפרייר בן יהודה – MsC
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת