

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

	<b>משרד:</b>
	<b>יחידה מזמינה:</b>
	<b>תאריך:</b>

מדינת ישראל   X   קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין   X        שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

	<b>שם הספק:</b>
	<b>מספר הספק</b>
	<b>(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)</b>
	<b>ספק זה הינו:</b>
	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
	<b>תקופת ההתקשרות</b>





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

31 באוקטובר 2012  
מספרנו: יש/2012-0419  
תיק: 1-1111

לכבוד  
גב' גילי נעים  
כאן

נכבדתי,

הנדון: חו"ד לרכישת משאבת עירווי ווליומטרית

החלפת משאבות עירווי סופרי טיפות

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 50 יח.
  2. מדובר במשאבת עירווי ווליומטרית, דגם ASENSA GP, תוצרת ALARIS (מק"ט 1095057915).
  3. בביה"ח מצויים כ-230 משאבות מהדגם הנ"ל. על מנת לשמור על אחידות מיכשור מהיבט של בטיחות חולה (אופן השימוש), הסטים המתכלים והמשכיות הטיפול (גיבוי במכשיר), ניתן לראות בדגם הנ"ל ייחודי ובספק המכשיר (חב' דובר) ספק יחיד.
  4. מומלץ לממש הרכישה בהתאם לנדרש.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

צפריר בן יהודה - Msc  
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין