

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ג'סטיק
מספר הספק (ח.מ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	11443 - 2101000297
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	148095 + 11443
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 בנובמבר 2012
מספרנו: יש/2012-0444
תיק: 5-1120, 4004, 4000

לכבוד
מר אריה שלומוב
גב' גילי נעים
מר ברונו לביא
כ א נ

נכבדי,

הנדון: אגף גינקולוגי - חוו"ד לרכישת מוניטור מיילדות

דוא"ל חב' מדטכניקה מיום 23.8.12

1. בסימוכין הובהר כי התמיכה למוניטורים מיילדות מסידרת 1350 תופסק החל מיום 1.3.2013 (דגמים 1351, 1353).
בדיקת מצאי הדגמים הנ"ל באגף הגינקולוגי הובהרו הממצאים הבאים:

מח' יולדות א' / HIGH RISK - קיימת כמות של 18 מוניטורים

בחדר לידה/מיון - כמות 4 יח'.

בחדר לידה/יח' זירוז - 3 יח'.

יח' ניטור עוברי - כמות 4 יח'.

סה"כ: 31 יח'.

2. כפועל יוצא מהסימוכין יש לרכוש מוניטורים תוצרת PHILIPS, בכמות 25 יח' (מדגם AVALON 20 ו-AVALON 30), בהתאם להתפלגות ולכמויות כדלקמן:

שם המחלקה	דגם AVALON FM- 20	דגם AVALON FM- 30
עבור יולדות א' / HIGH RISK	12 יח'	-
עבור חדר לידה/יח' זירוז	2 יח'	1 יח'
עבור חדר לידה/מיון	4 יח'	-
עבור יח' ניטור עוברי	6 יח'	-
סה"כ:	25 יח'	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

הערה:

עבור מח' יולדות א' HIGH RISK הוצאה חו"ד לרכישת 15 מוניטורים מדגם AVALON FM-20, מאחר והובהר כי כמות המוניטורים שאושרה למחלקה עומדת על 30 יח' ומאחר ובשימוש המחלקה כמות של 3 יח' מדגם זה – נדרשת השלמה של 12 יח'.

3. ביום 29.3.2011 הוצאה חו"ד יש/0159-2011 לרכישת מוניטור מיילדות מדגם AVALON FM-30.

ביום 8.8.12 הוצאה חו"ד יש/ 0290-2012 לרכישת מוניטור מיילדות מדגם AVALON FM-20.

ניתן לממש הרכישה לדגמים הנדרשים, בהתאם לחו"ד שלעיל.

הבהרות:

לגבי דגם AVALON-30 יש לממש את פריטי ההצעה בכמות 1 יח' מכל פריט.

לגבי דגם AVALON FM-20 ההצעה שצורפה לחו"ד היא לכמות 15 יח' ויש לחשבה לכמות של 24 יח'.

לנוכח המפורט בשתי חו"ד, ניתן לראות את חב' PHILIPS, באמצעות נציגותה בארץ, חב' מדטכניקה, ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות לכל המוניטורים, שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ניתן לפרוס הרכישה על פני שנתיים.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין

העתק : גב' ענת ישראלי