

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מחות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ טובין X ביצוע עבודה _____

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות

א.ב.ק.מ

1743 - 101000987

ספק יחיד _____ ספק חוץ _____

10,730 (מיליון + אלף)

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

ספק	חווה	לצד	הגם	הוא	הוא

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - נאנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
מר. יורם נסר	מנהל הגמי והעליות רפטי	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

30 באוקטובר 2012
מספרנו: יש/ 0413-2012
תיק: 1110, 6510

לכבוד
מר אריה שלומוב
כאן
נכבדי,

הנדון: שיקום אורטופדי/פיזיותרפיה – חו"ד לרכישת לייזר טיפולי
דוא"ל מר שופס מיום 23.10.12

בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת הפריט שבנדון לטיפול פיזיותרפי בבעיות גידים, שרירים ורצועות, קרי – רקמות רכות כאשר הלייזר הינו לייזר קר. יעילות מכשיר טיפולי זה עולה עם הספקו.

קיימים מכשירים טיפוליים רבים לרקמות רכות ואולם בהתאם לניסיון המצטבר, מיכשור שהספקו מעל 3000mW מאפשר שימוש וטיפול במטופלים בתדירות טיפולים נמוכה, ומשך הטיפול קצר יחסית כאשר התוצאה הינה מצויינת עד כדי ריפוי מושלם.

במכשירים שהספקם נע בתחום 500mW ועד 2000mW התדירות ומשך זמן הטיפול ארוכים על מנת לקבל תוצאות טובות. לפיכך ידועים שני מכשירים רלבנטיים: מכשיר מתוצרת חב' AVICENNA בעל הספק של 7500mW ובעלות של כ- 30,000 יורו ומכשיר מתוצרת חב' ZIMMER בעל הספק של 4000mW ועלותו 10,730 EURO.

מר שרון הבהיר כי אכן קיים יתרון למכשיר בהספק הגבוה ואולם בהתאם לתוצאות בדיקותיו בפועל, ניתן להסתפק בדגם בעל הספק של 4000mW לנוכח הבדל העלויות.

לנוכח זאת מומלץ לממש רכישת המכשיר מתוצר חב' ZIMMER כולל עגלה ייעודית, בהתאם להצעת חב' מדטכניקה, מס' A1211374 מיום 29.10.12, הרצ"ב. לא ידוע כל מכשיר דומה בהספק זהה מיצרן חלופי. לפיכך ניתן לראות את חב' ZIMMER ספק בלעדי לרכישה זו ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בביה"ח.

הדרכה מסיבית לגורם המשתמש ולגורם המתחזק של ביה"ח תוך מתן ספרות הדרכה ושרות, כשהם מפורטים ברמת עובדי היצרן.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: מר חנניה שרון
מר יחזקאל שופס
גב' גילי נעים