

**טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"**

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
המכון לחקר אחסון ואיכות	יחידה מזמינה/מכון:
19/11/2012	תאריך חוות דעת:
282	פטור מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / □ (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: □ כן X לא

סוג ההתקשרות:

□ ביצוע עבודה □ שירותים

X טובין

	שם הספק:
	מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
□ ספק חוץ	X ספק יחיד
	ספק זה הנו:
	אומדן / שווי ההתקשרות: 13,900 ₪ כולל מע"מ
	תקופת ההתקשרות: חד פעמי

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני**

**הנושא: רכישת בינוקולר**

**מפרט טכני:**

- 1 טווח זום של לפחות- 0.67X-5X, המאפשר הגדלות של לפחות 6.7X-50X.
- 2 מרחק עבודה מינימלי להצבת הדגימות לפחות 115 mm.
- 3 עיניות – 10X (גודל שדה 22), כיוון דיופטר עבור כל אחת מהעיניות באופן עצמאי.
- 4 כולל סטנד מתאים לבינוקולר עם תאורת LED מובנית לתאורה תחתית ועילית בו זמנית להצבת והארת הדגימות הנבדקות.
- 5 טווח הטיה של תאורה עילית בסטנד – 55°-0° כדי לאפשר הארה טובה של הפריט.
- 6 תאורת LED אחידה בסטנד בעלת לפחות 60000 שעות עבודה.
- 7 המכשיר צריך להיות נייד. לכן סה"כ משקל של כל היחידות ביחד יהיה לא יותר מ 6 ק"ג.
- 8 המכשיר צריך להיות בעל מידות המאפשרות הכנסתו להוד סטרילי קיים לכן הוא צריך להיות קומפקטי כולל סטנד התאורה הנלווה. מידות מרביות: עומק – כ-34 סמ, רוחב – כ-30 סמ, גובה לא יותר מ – 36 סמ
- 9 קיום אפשרות להוספת עדשות חיצוניות במידת הצורך: 0.5x, 0.7x, 1.5x, 2x.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

בוצע חיפוש במרשתת באתרי חברות הידועות כמייצרות ציוד זה תוך ציון המאפיינים המיוחדים לציוד. נערכו שיחות טלפוניות או תכתובות בדוא"ל עם 14 הספקים השונים שהוצעו כספקים אפשריים לציוד זה לגבי קיום ציוד זה בחברות אותם הם מייצגים. שיחות עם ספקים לקבלת מידע על חברות אחרות מלבד אלו שהן מייצגות לגבי חברות המייצרות ציוד דומה.

2. ממצאי הבדיקה:

אותרו רק 3 ספקים וחברות אותן הן מייצגים אשר הם מייצגים מכשירי בינוקולר הכוללים במכשיר תאורת LED מובנית, עילית ותחתית המהווים מאפיין חיוני עבור העבודה המחקרית בבינוקולר המבוקש. תאורה זו הינה הכרחית והינה חלק בלתי נפרד מהמכשיר (סעיף 6 למפרט) ואינה נתינת לאספקה באופן נפרד.

3. נימוקים והערות נוספות:

הספקים היחידים הם:

1. אגנטק (מייצגים את חברת Nikon) ח.פ 511243545
2. האחים אייזנברג (מייצגים את חברת Olympus) ח.פ 510097272
3. גטר ביומד (מייצגים את חברת Zeiss) ח.פ 512967407

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אמנון לרס	חוקר	אלמנט לרס
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה