







אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	ר. רונן ורני	מס' ועדה :	12930
מחוז הרכישה :	במחלקת רפואת ילדים	שכום הרכישה מטבע ספק :	ערך בשקלים :
			58500 ₪
ספק פוטנציאלי :	ג. י. א. ג.		

חוזרת התכנסה בתאריך 19/1/14 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של חגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקופלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים :	
וסלשות	
עוזרת ראש פרק	
שמרואל עמר	
רמזי תעמרי	<u>ר. רונן ורני</u>
מרכז ארניאלי	

תמרכז הרפואי תל-אביב  
מתלכת הנדסת רפואית  
טל : 03-6973208  
פקס : 03-6973440

21 באוקטובר 2012


סימבוכן : 02-10

לכבוד  
וועדת הרכישות  
באן

אדוניס נכבדים,

**הנדון : החלפת (רבישת) שפופרת רנטגן עבור ניידת שיקוף לריסוק אבנים OEC-7700**

במתלקת חדר נתור מותקנת מכונת רנטגן ניידת שיקוף לריסוק אבנים OEC-7700, מס"ד 11049 של חב' G.E. TECHNOLOGIES הכוללת שפופרת בלתי נפרדת מהמערכת מ – 10.1.01. לאחר בדיקת התקלה פריצות בשפופרת בדנטגן. ע"י אנשי שירות התברר שהשפופרת רנטגן התקלקלה. ממליץ לרכוש ולהתקיין שפופרת חדשה. חיות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת. יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת וכתב' G.E. TECHNOLOGIES ספק יחיד לשפופרת מקורי זה.

בברכה,  
  
שמרית מוזנקאנס  
מהנדס מכשור רפואי  
ראש צוות מכשור רנטגן