

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין X

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות:

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:-**

" 08 "	" תולד "	" 03 "	" 02 "

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד- ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
" 02 "	" 02 "	" 02 "



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

14 בנובמבר 2012
מספרנו: יש/2012-0450
תיק: 1016, 1-1117

לכבוד
מר אריה שלומוב
גבי גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: נוירופיזיולוגיה/ח.נ.ג.-RF
חווי"ד לרכישת מעי תאורה ל-ח.נ. כולל התאמה למעי ניווט
נייחת תוצרת מדטרוניק

מכתבי יש/2012-0387 מיום 16.10.12

על מנת לאפשר התקנת מעי ניווט נייחת דגם i7 תוצרת מדטרוניק, בחדר ניתוח RF (מס' 4), נדרש להחליף את מעי התאורה הקיימת למעי תאורה שתאפשר קליטת שתי זרועות נוספות, כאשר בזרוע אחת ימוקמו שני מסכים (ל-PACS ולמע' הניווט) ובזרוע השנייה ימוקם הפריט הקרוי "מצלמה".

בבדיקה עם חבי מדטרוניק את יצרני מעי התאורה הרלבנטיות לענייננו, הוסבר כי בנוסף לחבי DRAGER ו-MAQUET, גם לחבי STERIS יכולת מענה לנדרש. בחירת מעי תאורה מתוצרת STERIS נובע מקיצור ההליכים הקשורים ברכישת מעי תאורה זו, מאחר וניתן לרוכשה באמצעות הרחבת מצ 502/2010 לדגם HARMONY V LED בהתאם לסימוכין.

רכישת מעי זו בתוספת 2 הזרועות הייעודיות הנדרשות, ייתנו הפתרון המבוקש לפרופ' הדני.

חבי ברסלויער, נציגת היצרן STERIS, נתבקשה לעמוד בקשר עם חבי מדטרוניק על מנת להגיש השלמת 2 הזרועות ע"ג מעי התאורה שניתנת למימוש במסגרת הרחבת המיכרז.

הצעת חבי ברסלויער מיום 16.10.12 כוללת את שני המרכיבים הבאים:

א. עלות מעי תאורה כהרחבה למיכרז מצ 502/2010 - לבדיקתכם מהיבט כלכלי.

ב. עלות 2 הזרועות הנדרשות - למו"מ לפי שיקולכם.

בכל מקרה, בבדיקה עם חבי מדטרוניק נמסר כי בזרוע לזוג המסכים תבוצע פעילות חיווט עם התקנת מערכת הניווט ע"י שתי"פ בין חבי ברסלויער לחבי מדטרוניק (רצ"ב דוא"ל של סיכום הפעילות), זאת כתנאי לאישור הפרוייקט. תלנית מסך PACS וחיבורו לזרועות באחריות המתקנים.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

סיכום

רכישת מע' התאורה תתבצע כדלקמן:

א. מע' התאורה כהרחבת מיכרז מצ 502/2010.

ב. שתי זרועות ייעודיות למע' ניווט כספק בלעדי הינן תוספת למערכת ומחוייב לרוכשן מיצרן המערכת (חב' STERIS).

לא ניתן לרכוש הזרועות הייעודיות והייעודיות מיצרן אחר ולהתקינם על מע' תאורה מתוצרת STERIS.

הבהרה:

מע' התאורה תסופק ע"י היצרן STERIS כאשר היא כוללת את כל הנדרש, תמוקם בחדר הניתוח ע"י חב' ברסלויער. בתום ההתקנה, חב' מדטרוניק תשלם את התקנת האביזרים של מע' הניווט על זרועות הייעודיות. פעילות החיווט של הזרועות הייעודיות באמצעות תהיה באמצעות שתי"פ של מדטרוניק+ברסלויער.

בכל מקרה כל מכללי מע' התאורה ומע' הניווט יהיו באחריות כמקובל במוסד, קרי - 24 חודשים.

הערה: אחראי הפרוייקט כנציג הנדסה רפואית - מר דוד בכר. לאחר תום ביצוע הפרוייקט לשביעות רצון המשתמשים, האחזקה השוטפת של מע' התאורה תהיה בתחום אחריות המח' לשרותים טכניים.

בברכה,

דרי יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' מ. הדני
דרי ש. הר-נוף
מר ד. בכר
מר ב. לביא