

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	ג.א.א
תאריך:	27.11.2012

_____ מדירת ישראל X _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
אנדוסקופים לאגף ג.א.א מצב מכתבו של מר שי סויסה.

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר הספק (ח.פ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	70,000 ₪
תקופת ההתקשרות	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות**

<u>מצב נמכתבו המנומק של מר שי סויסה מנהל שרותי עיקור.</u>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רכש	פנינה הרה
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

נעים גאולה

מאת: סויסה שי
נשלח: יום שלישי 20 נובמבר 2012 15:17
אל: נעים גאולה
עותק: שלומוב אריה
נושא: אנדוסקופים לא.א.ג. RE:

אריה

גילי שלום,
לבקשת אגף א.א.ג, יש לרכוש שני אינדוסקופים נוספים במטרה
לאפשר סבב טכני שבעזרתו ניתן יהיה להספיק מחזור חיטוי ממוכן כנדרש בנוהל משרד הבריאות.
את האופטיקות יש לרכוש מאולימפוס וזאת במטרה לשמור על אחידות ולאפשר שימוש בסט
מחברים אחיד לכלל הציוד.
בהתאם לזאת, חיבור המוצר למתקן החיטוי יהיה אחיד, לא נדרש לסט מחברים נוסף ונקטין את
הסיכוי לחיבור שגוי, אשר יגרום נזק לאינדוסקופ ולמכונת השטיפה.

בברכה
שי סויסה
מנהל מערך אספקה סטרילית מרכזית

From: נעים גאולה
Sent: Monday, November 19, 2012 10:58 AM
To: סויסה שי
Subject: אנדוסקופים לא.א.ג.

שי שלום
אנא מכתב לוועדה עבור רכישת 2 אנדוסקופים אחד קוטר 3.5 מ"מ ללא תעלת עבודה 300 מ"מ ENF-P4 אולימפוס
והשני כנ"ל כולל מקור אור נישא GP-ENF אולימפוס
גילי