

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני  
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 16/12/2012

**תשובות לשאלות הבהרה**

**בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.**

**מכרז מס': 35/2012**

**נושא:** אספקת מיקרוסקופ סורק שולחני, מייבש ומכשיר לציפוי זהב  
עבור מרכז מחקר צפון – נווה יער

**מועד אחרון להגשה:** 25.12.2012 (עד השעה 12:00)

\* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>  
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
מנהל המחקר עורך המכרז החליט כי הינו מעוניין ברכישת סורק קטן, קומפקטי ובעיקר קל לתפעול.	הגדרת המיקרוסקופ כ-מיקרוסקופ אלקטרוני סורק "שולחני", מגביל מאוד את המכרז מבחינת איכות המיקרוסקופ שניתן להציע.	
בסורק נשוא המכרז, לו אנחנו זקוקים – אין אופציות כאלה ולכן לא הוגדרו.	כמו כן, במכרז חסרים מספר פרטים חיוניים בכדי להגדיר את המיקרוסקופ: אילו גלאים צריכים להיות במיקרוסקופ? באילו מצבי וואקום המיקרוסקופ צריך לעמוד? ומספר שאלות נוספות המגדירות את תכונותיו של מיקרוסקופ אלקטרוני. <u>רזולוציה</u> , גודל התא וכדומה.	
איננו מעוניינים בכך.	האם ניתן לשנות הגדרת המכרז – לסורק אשר אינו שולחני.	
איננו עורכים השוואה כזו. תנאי הסף ברורים ובהירים. לאחר הגשת ההצעות תערך השוואה בין ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף על פי הקבוע במכרז.	נדרשה השוואת ביצועים בין המכשיר נשוא המכרז לבין המכשיר אשר המציע מעוניין לספק.	

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
נכון	<p>- סעיף 6 – Acceleration voltage – האם הכוונה היא החל מ-5000mV (כלומר 5V)?</p>	<p>7. א. 1 מיקרוסקופ סורק שולחני (Bench Top SEM) סעיף 6:</p>
אין צורך	<p>- Stubs and twissors – הואיל ומהווים עזרים עבור ה- Bench Top SEM: נא הנחיותיכם האם יש צורך לכלול אותם בהצעה עבור סעיף 7.א.1 (במידה ולא תועבר הצעה נוספת למייבש).</p>	<p>7. א. 2 מייבש Critical point dryer סעיף 6:</p>
כן יש לכלול את ה – sample holder	<p>- סעיף זה מוגדר כתוספת אופציונאלית עבור המיקרוסקופ סורק שולחני SEM (בלבד אולם סעיף 3 Gold replacement) מתייחס למכשיר ציפוי זהב. - Cooling unit for SEM – האם הכוונה היא לכלול בהצעה לפריט זה את ה- Sample holder הייעודי לכך?</p>	<p>7.א.4 מפרט לתוספת אופציונאלית</p>
כן.	<p>- האם נדרש לספק רק במקרה של זכייה במכרז.</p>	<p>14. א. 2. ערבות ביצוע</p>