

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

תאריך: 3.1.2013

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 32/2012

נושא: אספקת מערכת תיעוד לכמילומינסנציה עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 20.1.2013 (עד השעה 12:00)

* * הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז
גודל הג'ל צריך שיתאים למג'לים קטנים (ממידה 10x10 סמ"ר) ועד לג'לים גדולים יותר (18 x 14 סמ"ר).	מהו גודל השדה (או גודל הג'ל) הרצוי?	סעיף 7 (6)(7) במפרט הטכני