





אישור פליטום חוות דעת להתקשרות עם ספק וחיד

יחידה מומלכת:	פיליפ	מס' נעדה:	12450
פניית ביטוח			
מרות הרכישת: <u>אמביג'ן ספרינג</u> עם <u>אלין גולד</u> כקונדיטור <u>לואיס סא</u>			
סכום הרכישה מטבע ספק:	<u>1,348,520</u>	עדד בשקלים:	
ספק פוסטניאל:	<u>כנס</u>	ע"ש	

חועדה התכנסה בתאריך 22/10/17 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של חגורים
המקצועי באתר האינטרנט לקפלת השנת על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים:	
חתימת המומלץ:	
שמואל עמר	שמואל עמר
עוזי רוז פרי	עוזי רוז פרי
רמזי תנעמי	רמזי תנעמי
מכלל ארזאל	מכלל ארזאל

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

27 בספטמבר 2012

סימולין: 06-09

לכבוד
ועדת רכישות
מאן

שלים רב,

**הנדון: רכישת מכשיריאלהקנת דם לצורך בצוע פוטופליזיס חוץ גופי - ECP
(EXTRA CORPORAL PHOTOPHERESIS)**

לצורך הרכישה שבנדון נבדקו כל האופציות הקיימות בשוק, תוך השתמכות על הספרות המקצועית והמאמרים בתחום, חפוש באינטרנט ודעת מומחים (פרופ' נפרסטק) המכירים את הנושא מחשתתפות בכנסים עדכניים. מתבריקה מתברר, שהמערכת דגם UVA PIT תוצרת חב' MED TECH SOLUTIONS, שמשוקת בארץ ע"י חב' בפקס – חנה היחידה היכולה להתאים לנצע טפולים אלו גם בילדים קטנים. מסוגלת להקרין באופן יעיל ואחיד נפחי דם קטנים של עד 100 מ"ל, נפחים שגם אותם קשה לעיתים לקבל מילדים קטנים מאד הנוקקים לפרוצדורה תנייל. לאור נתונים אלו יש לראות בעיני הנ"ל מכשור יחודי ונח' בפקס ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,


ד"ר ולנטין אינטראוב
מונהל מחלקת הנדסה רפואית