








אישור פרוסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוזמנת: _____	מס' ועדה: _____	13/02/29
מרות הרכשה: _____	עוד בשקלים: _____	בגמטא 284952
סכום הרכשה מטבע ספק: _____	ספק פוטנציאלי: _____	I.S.I

חלוקה התכנסה בתאריך 24.1.18 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של החברים
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

 שמואל עמור	 עויד רוט פולק	 יוסי שחר
		חתימת המאשרים:
 מיקל אהיאלי	 דברי תנעמי	

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסת רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

17 בינואר 2013

סימון: 17-01

לכבוד
ועדת רכישות
בא"ר

שלום רב,

הנדון: רכישת מערכת נבדציית חדשה לנוירולוכורדיגיה

בית החולים מתענד לרכוש מערכת נבדצייה חדשה לניתוחים נוירולוכורדיגים. מערכת זו תחווה חלק ממערך נוירולוכורדיגיי משולב של תכנון ובצוע הניתוח וטיפולי רדיותרפיה לאחר מכן.

תמכון האונקולוגי רכש ומתפעל כיום מערכת מיחשוב ותוכנה יעודית למאציצים שבשימוש. בעזרת המערכת נעשה כל התכנון, הבצוע והבקרה של הטיפול (כולל תזוזות מיטת החולה משך החקרנה).

שילוב פעולות תכנון הניתוח ובצוע נבדצייה בזמן הניתוח יחד עם תכנון ובצוע הרדיותרפיה לאחר הניתוח – מחייב סינכרון ותאום בין כל מערכות המחשוב והתוכנה, שחייבות להיות של אותו יצרן. (לרבות מקרים בהן ניתן לתכנן ולבקר מרחוק בעזרת אתר האינטרנט).

היות ומערכת המחשוב והתוכנה שמשמשת את המכון האונקולוגי עבור המאציצים היא של חברי **BRAINLAB** (סופר: I.S.I), יש לרכוש את הנבדציטור מאותו יצרן.

לפיכך, ממליץ לראות בחבר' (I.S.I ISRAEL SCIENTIFIC INSTRUMENTS LTD.) ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין וינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית

