






אישור פרוסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	ג.ו.ו.פ.י.ג	מס' ועד :	131028
מחתי הרכישת :	שרה רונת גיטלר-זינגר		
סכום הרכישה מטבע ספק :	260202 ₪	עדד בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	I. S. I		

הוועדה התכנסה מתאריך 4/3/13 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באחר האנטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

שמואל גמיר	עוזי רוז פול	ליסי שחר	חתימת המאשרים :
			
מנכ"ל אר"אלי	2012	רמ"י תעמ"י	

מסרבו הרפואי תל-אביב
מתלקת הנדסיה רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

Dr. 12/10

16 בינואר 2013

סימבוכין : 18-01

לכבוד
ועדת רכישות
באר

שלום רב,

הודעה : שדרוג מערכת נבדנציה קיימת לנורירופודולוגיה

בית החולים מתעתד לשדרג מערכת נבדנציה קיימת לנתוחים נורירופודולוגים. מערכת זו תנה חלק ממערך נורירופודולוגי משולב של תכנון ונצת הנתוח וטיפול דידי(תרפיה לאחר מכן. את השדרוג יכול לבצע יצרן המערכת בלבד ולכן יש לראות בו ספק יחיד למקרה זה, כמתואר בהמשך.

המכון האונקולוגי רכש ומתפעל כיום מערכת מיתוש ותוכנה יעודית למאייצים שבשימוש. בעזרת המערכת נעשה כל התכנון, הנצת והבקרה של הטיפול (כולל תזוזות מיסת החולה משך החקרחה).
שילוב מעלות תכנון הנתוח ונצת נבדנציה בזמן הנתוח יחד עם תכנון ונצת הרדיותרפיה לאחר הניתוח – מחייב סינכרון ומאום בין כל מערכות המתישב והתוכנה, שחייבות להיות של אותו יצרן. (לדבר מקרים בהן ניתן לתכנן ולבקר מרחוק בעזרת אתר האינטרנט).

היות ומערכת התחשוב והתוכנה שמשתשת את המכון האונקולוגי עבור המאייצים היא של חבר **BRAINLAB** (סיס: L.S.I.), מחייב הדבר שגם מערכת הנבדנציה תהיה של יצרן זה, וששדרוג למערכת יבוצע על ידו. לפיכך, ממליץ לראות בהגב (L.S.I. ISRAEL SCIENTIFIC INSTRUMENTS LTD.) ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,
ד"ר רלנסין
וינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית