



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק נתיב

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| יחידה מועמדת: | מעי ועדה: | א31044 |
| מחלת הרגישה: | מס' וועדה: | BRATWLAB |
| סכום הרגישה מטבע ספק: | עד בשקלים: | 1,14284 |
| ספק פוטנציאלי: | | י.א.ס.י. |

הוועדה התכנסה בתאריך 14.2.13 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנת 3 (29)

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| חתימת המאשרים: | ליסי שחר | מני תנעמי |
| שמואל גפנר | עו"ד רות פרי | מיכל ארליאלי |

תאריך : 28.01.2013

לכבוד :
ועדת מנכ"מים

הנדון : רכישת זרוע למערכת ניוויגציה BRAINLAB

בת.ג., במערכת ניוויגציה של היצרן BRAINLAB הנכל ששוכר בין מצלמות האינפורה אדום לבין המערכת עצמה נקבע כמון הזרוע. העמוד והנכל לא ניתנים להיקון, לא במאחר ולא אצל היצרן ואפשרות היחידה זה להחליף את כל הזרוע עם העמוד.

עלות החלק (מק"ש 1607) יורו + עלות המהנדס שמגיע מאירופה 4,200 יורו

ISI בע"מ ספק בלעדי של המערכת ושל החלק שהמקלול ולא ניתן לרכוש את החלקים ואת העבודה מספק

אתר

מצורפת הצעת המחיר של ביצוע החיקון

506 סקס

בברכה

דודו לאקוב

מהנדס מכשור רפואי
גורן לאקוב
גורן לאקוב
חדר מנתח והנדסה
רח"א
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
מרכז