







אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מצויינת :	גבעון 121
מס' ועדה :	13046
מחלת הרגישה :	במספר סוכרתי אגרינר פלמס יז 21-121
סכום הרגישה מטבע ספק :	1,187.00 עד בשקלים :
ספק פוטנציאלי :	סמל אילי

הוועדה התכנסה במאריך 12.12.17 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באחד האינטרנט קובלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :	
עו"ד רוטפריי	
שמואל עמיר	
רמ"י תנועמי	

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל : 03-6973208  
פקס : 03-6973440

20 בינואר 2013

סימון: 24-01


לכבוד  
וועדת הרשימות  
בא

אדוניים נכבדים,

**הודון : החלפת ( רכישה ) שפופרת רנטגן עבור חדר צילום מס' 21 במכון רנטגן**

במכון רנטגן בחודר מס' 21 מותקנת מכונת רנטגן "Siemens Multix-Top", מס' טבעי: 01498,  
של חב' "סימנס ישראל" כוללת שפופרת שהנה חלק בלתי נפרד מהמערכת. ב – 14.1.2013 השפופרת  
התקלקלה. ממליץ לרכוש ולהתקין שפופרת חדשה.

חיות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת קיימת והחב' "סימנס"  
ספק יחיד לשפופרת מקורית של חב' "Siemens" למקרה זה. יש אשור אמ"ר על בסיס FDA.

בברכה,  
  
שמעון מונקין  
ראש צוות מכשור רנטגן