

תאריך 30.1.13

מכרז מס' _____ נושא ההתקשרות הגברה מכלית CAPILIARYS FLEXPIERCING
 המוצגת היא SEBIA המבקשת קבוצת אלקטרוניקה
פרוטוקול סיווג ואישור תנאי מכרז של החברה והמיון שלה
 CAPILIARYS כטכנולוגיה של
 - הגברה והתקנתה לקבוצת הנהלה.
 - אספקת שירותי אחזקה טכנית.

1. חברי הועדה הנוכחים בישיבה ותפקידיהם

נכח	לא נכח
_____	_____
מר כהן חמוז מאיר - יו"ר	
_____	_____
הגב' צביה אסולין - גזברית	
_____	_____
דוד לנגוס, עו"ד - יועץ משפטי	
_____	_____
מר אייל צאירי - חבר	
_____	_____
מר חיים צבי - חבר	
_____	_____
הגב' יפית בוכריס - מזכירת הועדה	
_____	_____
הגב' יעל קדוש - מ"מ מזכירת הועדה	

2. נוכחים שאינם חברי הועדה ותפקידיהם

_____	_____
_____	_____
_____	_____

3. סיווג המכרז

- לקיים הליך מכרז פומבי.
- לאשר הבקשה לסיווג ההתקשרות בדרך של:
 - ססק י"ד _____
 - _____
 - לבקש אישור ועדת הפטור של המרכז הרפואי זיו.

הערות:

ק"מ סג"ר של מנהל המכרז לפיה ה"מכרזים
 יחולו והתקבלו י"ד ב"ק של כסף יחב
 מ"ד ח"ר של מנהל המכרז, א"מ








4. אישור יתר תנאי המכרז - החלטת הועדה

אישור כל יתר תנאי המכרז.

הערות:

לכנסת פת"ה האגף המזון
 והתקנים זרק בל 100 יחיד להחלטה לנכ"ר

5. חתימת חברי הועדה:

חתימה	התפקיד בוועדה	השם
	יו"ר הועדה	מר כהן חמוז מאיר
	גזברית	הגב' צביה אסולין
	יועץ משפטי	דוד לנגנס, עו"ד
	חבר	מר איל צאירי
	חבר	מר חיים צבי
	מזכירת הועדה	הגב' יפית בוכריס
	מ"מ מזכירת הועדה	הגב' יעל קדוש

תאריך 13.1.13

אל: ועדת המכרזים

539705 - אג' כרטיס

משרד:	הפריאולת
יחידה:	מעקף
מזמינה:	מרכז רפואי "בן-אבי" - פ.א.כ.מ.ית
תאריך:	12.7.2012

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/שירות/העבודה)
רכישת מכשיר מוליך CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING מתוצרת חברת SEBIA
מחצבצ בדירות אולפסרופורט של חלונים (המאן/ובין ספס
בטקולוגיה של CAPILLARYS
רכישת רימאנטם לפדיות סרן
אספקה שילוח ומחצה טכני

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	חבר אולפסרופורט
מספר הספק	
(ח.מ.ח.צ.ע.מ/מספר	
עמותה)	
ספק זה הנו:	הנפה 2101001219 אג' 520042219
אומדן / שווי ההתקשרות:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
תקופת ההתקשרות:	110,000 ₪
	5 שנים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

אילן קיים בארץ אשר שמרץ בפקה אלקטרוניקה של חלונים
והמאלבין פסם בשם CAPILLARYS לפסל לא ממצאת SEBIA
כ: 99% ממצאת פמי המולים בארץ ממצות את הבדיקה ת"י
עם מלשים של SEBIA. (עלה סך מעבדת .
ל: בשם CAPILLARYS מביצע אלקטרוניקה של המאלבין בשם נחלם
GOLDST. מלרם מארים מקצועיים .

2. ישנם ספקים נוספים בתחום האלקטרוניקה אצל המלשים לא ענפים
CAPILLARYS שהיא כיום מבינה מקצועית השעה המועפת
והאזינה ביתם לביצוע הבדיקה ת"י .
חב איתקם הוא הספק היחיד בארץ של מלרם ממצות חב SEBIA
הצבנת מזה סב שנה .

3. יש לני ניסיון כב עם חב איתקם לפנחת מעל סב שנה עם לביצת
כיון מקופה מאוץ .

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב, מרים צוקר
מנהלת מעבדת
התקנות והתקנות

ארים צוקר	מנהלת מעל ביולוגיה	שם בעל הסמכות המקצועית
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	

י"א תשע"ב
29 יולי 2012

לכבוד
וועדת מכרזים
מרכז רפואי זיו
צפת

א.ג.ג.

חנדון: שדרוג מערכת - MINI CAP - ספק יחיד SEBIA

בבית החולים, באגף המעבדות, קיים מכשיר לביצוע בדיקות אלקטרופורזה מדגם MINI CAP תוצרת חברת SEBIA, מכשיר זה משמש את כל המעבדות לשם הבדיקות הבאות:

1. PROTEIN ELP.

2. PT.

3. Hb ELP.

בעקבות חנחית של משרד הבריאות לבצע סטנדרטיזציה של בדיקת HB A1C וניטור חולים חדשים לבדיקות סכרת, מינו לחברת "אילקסי" המייצגת את חברת SEBIA ע"מ לשדרג את מכשיר ה MINI CAP הקיים ברשותנו במכשיר Capillary 2 FLEX PIERCING.

בדיקת HbA_{1c} אינה קיימת במכשיר הקיים ברשותנו ולאור עומס העבודה העתידי חולתה אפשרות לשדרג את המכשיר שברשותנו.

ייחוד עסף במכשיר הוא מנגנון לערבוב הדמים ופתיחת הפקקים של מבחנות הדגימות. המפרט הנייל מוסיף איכות ובטיחות בעבודה.

מכשיר הנייל עובד בטכנולוגיה חדשה וייחודית המהווה בספרות כ- GOLD ST. לבדיקות HB A1C. אין בארץ חברה אחרת שמשווקת מכשיר בטכנולוגיה של קפילריס.

מכשיר ה MINI CAP תותקן ב-4/2009 ובאפריל שנה זו נסתיים ההסכם לגביו.

בהצעה הנלווית למכתב זה מוצע שדרוג של המערכת הנותן מענה גם לבדיקות של HB A1C וגם לבדיקות אלקטרופורזיס שמבוצעות כיום במעבדות השונות.

יש לציין כי בדיקת HB A1C במכשיר החדש תהיה זולה ב 6.5% לעומת עלות הבדיקה כיום במעבדה. חברת SEBIA חיה ספק יחיד בנושא אלקטרופורזיס בטכנולוגיית Capillary.

חברה מתחייבת לאחריות של - 5 שנים עם שירות וחלקים.

מרים זארה
מנהלת מעבדות מיקרוביולוגיה - כימיה
מרכז רפואי זיו