







אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	אילאנג'יה ז"ל	מס' ועדה :	431086
מרות הרכישה :	ס. VEPER	לשם הרכישה מטבע ספק :	עדד בשקלים :
מחיר הרכישה :	2,000,000 ש"ח	ספק פוטנציאלי :	ז"ל

הוועדה התכנסה במאריך 3/4/13 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באחר האוניטורנט ללבולת השגות על פי תקנה 3 (29)

 שמואל עמל	 ע"יד רוט פרי	 וס שח	 רמי תנע
		חתימת המאשרים :	

7.3.2013

לכבוד
ועדת המכרזים
כא

הנדון: משתל"י VEPTR לנתחתי סקוליליזיס של חברת SYNITES חברת ג'ונסון

מערכת וופטר נותנת מענה לטיפול בילדים עם עקמת מולדת שנוצרה עקב פגם מולד החוליות שלעיתים מלווה גם בחוסר הפרדה בצלעות, או במצבים יחודיים של עקמת אידיופטית פרוגרסיבית בגיל הינקות, או בעקמת משנית למחלות נוירולוגיות.

בכל המצבים הנ"ל העקמת מופיעה בגיל מאוד צעיר ולכן גורמת לפגיעה נשימתית אם לא מטופלת. טכנולוגיות הנתחיות השגרתיות כרוכות בקבוע והפסקת צמיחה של עמוד השדרה, פעולה שלכשעצמה תגרום נזק. המערכת משלבת משתל"ים ותמיכה בין הצלעות, החוליות ו/או האגן.

המשתל"ים הינם מוטות ממתכת טיטניום הניתנים להארכה עם צמיחת הילד. בשלב ראשון נערך נתוח ראשוני ובשלב השני מרחיבים את הקונסטרקט וסוגרים עם סוגרים חדשים. המשתל שומר על צלעות נפרדות ומסייע לריאות לגדול ולהתפתח עם גדילת הילד.

התכונות הנדרשות מהציוד הנ"ל נמצא רק במשתל"י חברת סינטס כאשר חברת ג'ונסון הינה הנציגה בארץ.

לאור האמור לעיל, אנא אשרו את הציוד כ"יחודי" את חברת ג'ונסון ויצרן סינטס כספק "יחודי".

בברכה
פרופ' ש. וינטריגו
זולמרג
מנהל
מחלקת
אורתופדיה
בית
החולים
מכרז

ד"ר ד. עובדיה